08 de 04 de 2025

Dr. (a): A quien corresponda

**Señores: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**

**Ref. 2025-15263**

| JPBIOINGENIERIA S.A.S. NIT. 900409216-6 | FICHA TECNICA<br>GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS | FJP-785<br>Versión 1<br>Pág. 1 de 1. |
|---|---|---|

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2004

Tipo: Gabinete / Almacenamiento de químicos con sistema de ventilación y extracción

Aplicación: Ácidos corrosivos, sustancias irritables, sustancias toxicas, sustancias peligrosas para el medio ambiente y sustancias nocivas

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| Imagen |  |

| | |
|---|---|
| Tipo | Gabinete para almacenamiento de quimicos (Alcalinos y debiles) con sistema de ventilación y extracción |
| Ductos | 4 Metros de duto flexible. |
| Diámetro salida de ducto | 6” |
| Unidad de ventilación | Moto ventilador para extraccion continua de quimicos fuera del laboratorio<br>Sistema ultra silencioso y anti vibratorio<br>Velocidad 3050 RPM |
| **Color** | **Blanco** |
| Numero de repisas | 2 Repisas<br>Repisas ajustables |
| Cantidad de puertas | 2 Puertas |
| Tipo de puerta | Con bisagras |
| Tipo de cierre | Automatico |
| Material de construcción externo e interno | Aluminio y vidrio de seguridad |
| Material entrepaños | Resina poliester espercialmente formulada y reforzada en fibra de vidrio |
| Cantidad de entrepaños | 4 unidades |
| Puertas | En vidrio de seguridad y aluminio |
| Bandeja colectora | 1 en fibra de vidrio |
| Base de seguridad de contención antiderrames | 1 |
| Indicadores de advertencia de peligro | En todas las caras del gabinete |
| Etiqueta de advertencia | “Sustancias corrosivas” |
| Soporte | 4 patas niveladoras |
| Filtración química | 1 filtro de carbón activado |
| Cumplimiento de normas internacionales | OSHA 1910.106 / NFPA 30 |
| Incluye | Manual en Idioma español.<br>Certificación de fábrica. |
| Conexión | 220 V 60 Hz / Fases 2 / Neuro 1 / Tierra1 / Consumo 0.5A/ Potencia 0,12 KW/ |
| Certificación | ISO 9001: 2015 Diseño, fabricación comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de laboratorio, médicos y farmacéuticos. |
| Cumplimiento de normas internacionales | OSHA / NFPA |
| Opcional | Extractor y ductos |

| REFERENCIA | Externas [mm] | | | Internas [mm] | | | Peso [kg] | No. Bandejas de fabrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho (A) | Fondo (B) | Altura (C) | Ancho (D) | Fondo (E) | Altura (F) | | |
| **JPGAB-1710-Q** | 1710 | 534 | 2500 | 1640 | 460 | 1600 | 170 | 4 |

| INVERSION | | | |
|---|---|---|---|
| GABINETE / ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS CON SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN | JPGAB-1710-Q | 1 | 29.960.000 + IVA |
| DESPACHO A CUIDADES FUERA DE BOGOTA | ENVIO-GABI | 1 | 450.000 + IVA |

** Lectura de ruido en condición de campo abierto. La lectura de ruido varía dependiendo del tamaño de la habitación, del diseño y del ruido de fondo.*

**INFORMACIÓN COMERCIAL.**
NOTA 1: Precios sin IVA, incluir el valor a la fecha de factura.
NOTA 2: Forma de pago: 50% anticipo y 50% al despacho
NOTA 3: Tiempo de entrega: 35 días hábiles (posterior envió soporte de anticipo)
NOTA 4: Si en la misma compra adquiere más de 5 unidades de la misma referencia se otorga el 5% Adicional.
NOTA 5: Garantía de Un (1) año
NOTA 6: Estos precios son de los equipos puestos en Bogotá - Colombia – para el respectivo envió o exportación por favor nos confirman para hacer el respectivo presupuesto.

Cordialmente

**Mauricio Paez Velasquez**
**Gerente comercial**
Asesoría comercial **Mexico** Cel.+52 5651193825
Asesoría comercial **Colombia** Cel. +57 3164643827
Area administrativa y documental Cel. +57 3156097884
☎ Tel. +57 (1) 756-8668
Mexico: Manzana 186 - Colonia Leyes a Reforma -Secciòn 3 Calle 24 de Marzo de 1867
Colombia: Edificio JPINGLOBAL calle 80 # 69 P -07 Bogotá-Colombia
https://www.instagram.com/jpinglobal/
www.jpinglobal.com comercial@jpinglobal.com

Laboratory, medical and psychology equipment

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification