SCH	**SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO**	CODIGO VERSION FECHA:	EQFO-1 3 12/10/2016

INSTITUCION: HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

FECHA DE SOLICITUD: 10/10/2025	**HORA DE SOLICITUD:** N.A.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: N.A.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA SOLICITUD: CRISTIAN OLID JIMENEZ AGUIRRE	
EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO	**MARCA:** BIOCARE
MODELO: iE3	**SERIE:** A120070130
INVENTARIO: NO REGISTRA	
UBICACIÓN: URGENCIAS (PROCEDIMIENTOS)	**SEDE: PRINCIPAL**

EQUIPO PRESENTA VIBRACIÓN DEBDIO A DESGASTE DE LOS CLAMPS

FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD:	**HORA:**
FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD:	**HORA:**

CORRECTIVO	[X]	**PREVENTIVO**	[ ]
REVISION ELECTRICA	[ ]	CALIBRACION	[ ]
REVISION ELECTRONICA	[X]	LUBRICACION	[ ]
REVISION HIDRAULICA	[ ]	LIMPIEZA GENERAL	[X]
REVISION MECANICA	[ ]	VERIFICACION DE PARAMETROS	[X]
REVISION NEUMATICA	[ ]	VERIFICACION DE ACCESORIOS	[X]
PRUEBAS DE FUGA	[ ]		

OBSERVACIONES:

SE REALIZA CAMBIO DE JUEGO DE CLAMPS, Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO EL EQUIPO FUNCIONAL.

REPUESTOS UTILIZADOS:

JUEGO DE CLAMPS

NOMBRE: Alejandro Castellanos Prieto	Firma: Andres Cruz
FIRMA: RH 201606-313	
NOMBRE: T.P 25387-049775 CND	
FIRMA C.C 79807814	
REALIZADO POR	**RECIBIDO POR**
NOMBRE: CRISTIAN OLID JIMÉNEZ AGUIRRE	**NOMBRE :** Andres felipe cn
FIRMA: CRISTIAN JIMENEZ	**FIRMA:** Andres cn
CARGO: INGENIERO BIOMEDICO	**CARGO:** Enfermero

Powered by CamScanner