SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca públicamente a todos los interesados a participar con su Precotización, como parte del estudio de mercado del proceso.

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto:
Correo:
Josimar Cardozo Guarín jcardosog@sena.edu.co

Denise Yuledis Mendivelso García dmendivelsog@sena.edu.co

Dirección Radicación Correspondencia: Oficina de Dirección del SENA Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia. Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico. El oferente debe discriminar en su pre - cotización el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto. El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, transporte, operarios, etc. El SENA requiere que en la pre - cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 22 de agosto de 2025

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. **DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR**

“Dotación Mobiliario - Archivo Central”

ITEM	CODIGO SECOP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	56101708	**ESTANTERIA CON ALTURA HASTA 2.2.M**	**1. Parales (puntales)** • Material y calibre: Utilizar parales en acero cold rolled con un calibre mínimo de 16. • Perforaciones: - Perforaciones graduadas circulares para tornillería de 3/8". - Dimensión mínima del perfil: 50 mm × - 40 mm. •Aseguramiento: - Fijar los parales a los estantes contiguos con tornillería cada 30 cm en sentido vertical. - Las conexiones entre bandejas y parales deben ser atornilladas. **2. Bandejas** •Material: Acero galvanizado, calibre mínimo 20. •Dimensiones: - 40 cm de fondo o profundidad - 1 metro de ancho - Altura: 4 cm. - Pestaña lateral: 1,5 cm (en el sentido del almacenamiento de cajas). - Las bandejas en sus esquinas deberán estar soldadas o aseguradas mediante accesorios en las esquinas de tal forma que el material no tenga discontinuidades que afecten el funcionamiento del estante. •Refuerzo: - Doble refuerzo con perfil omega de las siguientes características: ▪Altura mínima: 2 cm. ▪Ancho mínimo: 1,5 cm. ▪Aletas de sujeción a la bandeja: 1,2 cm. •Números de Bandejas: - 7 bandejas **3. Distribución de bandejas** •Las bandejas de archivo deben distribuirse de manera uniforme, manteniendo un espaciado constante. **4. Bases de los parales** •Dimensiones: 10 cm × 10 cm, con un espesor mínimo de 3 mm. •Anclaje: - Mínimo 2 anclajes por base, utilizando: ▪ Chazo expansivo de 3/8", o ▪ Tornillería con resina de anclaje de 3/8". **5. Tensores** •Configuración: - Utilizar tensores ajustables laterales e intermedios en estantes de configuración doble.	25	unidad

			•Diámetro mínimo: 3/8". **6. Nivelación** •La estantería debe estar nivelada con una tolerancia máxima de 1 mm por cada metro de altura. **7. Estantes simples (ancho < 50 cm)** •Deben asegurarse: - A la mampostería, o - Al estante doble más cercano mediante perfilería superior. •Requisitos de la perfilería: - Dimensiones mínimas: 40 mm × 40 mm × 2 mm. **8. Pintura intumescente** •Elementos a pintar: Parales, tensores y bandeja superior. •Requisitos: - Resistencia al fuego celulósico por al menos 30 minutos. - Cumplir con el espesor indicado en la ficha técnica del producto		
2	41112114	**SENSOR TERMOHIGRÓMETRO:**	Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +55 ºC Material de la carcasa / del producto: Plástico Clase de protección: IP54 Canales: 2 externo Vida útil del sensor: Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) Norma: Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU Intervalo de medición: 10 seg - 24 h Autonomía: 3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C Interfaces: mini usb, ranura para tarjeta SD Memoria: 1.000.000 valor medido Temperatura de almacenamiento: -20 hasta +55 ºC Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración.	1	Unidad
3	40101902	**DESHUMIDIFICADOR:**	Los equipos de deshumidificación se especifican acorde al área a cubrir, en ese contexto se selecciona el equipo deshumidificador acorde al área a cubrir (relaciona la característica del equipo en términos de su capacidad de reducir la humedad de 75% a 55% de Humedad relativa y el tiro de aire del equipo): 180 PPD 278 m2	1	Unidad

			Temperatura de funcionamiento: Condiciones hasta de 95 °F Humedad de funcionamiento: Condiciones hasta 90% de RH Material de la carcasa / del producto: Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre Voltaje: 110V/220V Características especiales: Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable Panel de lectura: Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno. Protección de equipo: Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo Temperatura de almacenamiento: -20 hasta +55 ºC Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado.		
4	47121604	**Aspiradora con filtro de Agua**	**Características técnicas** **Código EAN**: 4054278975689 **Capacidad de absorción**: W: 650 **Filtro de agua**: I: 2	1	Unidad

Radio de acción	M	10,2
Tipo de corriente	V/Hz	220 – 240 / 50 – 60
Peso sin accesorios	Kg	7,5
Peso con embalaje incluido	Kg	10,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	532 x 289 x 344

Equipamiento	
Manguera de aspiración m	2,1
Tubo de aspiración telescópico, material	cromado
Boquilla para aspiración de suciedad Seca conmutable	▪
Boquilla para ranuras	▪
Boquilla para tapicerías	▪
Filtro HEPA 13 (EN 1822:1998)	▪
Práctica posición de estacionamiento	▪
Almacenaje de accesorios en el equipo	▪
Antiespumante <<FoamStop>>	▪
Filtro protector del motor	▪

▪ Incluido en el equipo de series

NOTA: Señor proveedor por favor tener en cuenta las fichas técnicas de los elementos, que se adjuntan al presente documento.

2.PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días hábiles

3.LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Puerto Carreño

4.Condiciones de la Precotización: A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su pre - cotización tengan en cuenta los siguientes requisitos:

- Al formular la pre- cotización el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.
- El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.
- La validez de la pre- cotización deberá ser de 60 días o superior.
- La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre persona de contacto.

NOTA: Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre - cotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues

no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

Puerto Carreño Vichada, 19 de agosto de 2025.

Firmado digitalmente por BARRERO CABALLERO FERNANDO
DN: C=CO, O=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, OID.2.5.4.97=8999990341, OU=SUBDIRECTOR DE CENTRO PRODUCCION Y TRANSFORMACION, T=DIRECTOR REGIONAL, G=FERNANDO, SN=BARRERO CABALLERO, L=PUERTO CARREÑO, S=VICHADA, STREET=CL 57 8 69, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, SERIALNUMBER=19347379, CN=BARRERO CABALLERO FERNANDO, Description=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.08.19 18:26:38-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

Fernando Barrero Caballero
Subdirector de centro (E) con funciones de director

Visto Bueno: Denise Yuledis Mendivelso García - – Abogado contractual *Denise Mendivelso*

Revisó: Carlos Arnulfo Velásquez Pérez – Profesional G 1

Revisó: Wilman Zubieta Beltrán – Técnico 01 – Coordinador GAAM

Proyectó: Derly Dominga Trujillo Bejarano– Líder Gestión Documental *Derly Trujillo*