

Instituto Nacional de Metrología

Análisis delegación de tareas

Servicios Calibraciones

Fecha creado: 2020-10-06

1.1.Traza actual radicado 20002530

Figura 1.1. Traza actual radicado 20002530

Trazabilidad Calibración				
Trazabilidad Calibración				
Arrastra una columna aquí para agrupar por ella				
ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA	
car		pendie		
Revisar Caratula Radicado No.20002530	CRISTIAN FELIPE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Pendiente	2020-10-06T08:20:03.573	
Revisar Caratula Radicado No.20002530	CRISTIAN FELIPE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Pendiente	2020-10-06T08:21:11.01	
Revisar Caratula Radicado No.20002530	CRISTIAN FELIPE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Pendiente	2020-10-06T08:24:08.29	
Revisar Caratula Radicado No.20002530	CRISTIAN FELIPE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Pendiente	2020-10-06T08:25:18.363	

1.2.Generación carátula

1.2.1. la fecha de emisión es la fecha de hoy y en la imagen anterior aparecía la fecha de ayer, lo que constituye una contradicción de los registros (que más adelante podría elevarse como una no conformidad, dependiendo del uso que se dé a los registros de BPMetro, que realmente no conozco),

1.2.2 No aparece el número total de páginas. Solo aparece "Página 1 de ", y

1.2.3.No hay nadie que aparezca como responsable de la calibración.

Figura 1.2.Fecha emisión en la interfaz

Continuar ✓

1. Calibrar Equipo Para Certificación - Recepción del Equipo

Calibrar Equipo Para Certificación - Recepción del Equipo

Radicado *

20002530

Ciente *

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - COLOMBIA

Tipo de certificado *

INM

Fecha de Calibración *

30/9/2020

Fecha Emisión *

5/10/2020

Laboratorio *

6-VOLUMEN

Número de Páginas *

5

Caratula *

20002530-11.pdf

Soporte de la Calibración PDF *

Calibrar Equipo

*Equipo	*Laboratorio	*Servicio	*Cantidad	*Tiempo Servicio	Fecha de Inicio Calibración
Picnómetro de vidrio	VOLUMEN	11828-Calibración de picnómetro por método gravimétrico. Servicio Interno	1	32.00	28/9/2020

Figura 1.3. Visualización caratula calibración - Ref. 209EE810-CF1A-49B1-8160-2378C259D16F

2

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

LABORATORIO DE VOLUMEN
VOLUME LABORATORY

Sin número

Número de certificado / Certificate number:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 15px;"></div>	
Objeto / Object:	PICNOMETRO DE VIDRIO	Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Tipo / Type:	GAY LUSSAC	
Fabricante:	BRAND	El usuario está obligado a calibrar el instrumento a intervalos apropiados.
Manufacturer:		
Número de Serie:	11	This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).
Serial number:		
Solicitante:	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - COLOMBIA	The user is obliged to have the object calibrated at appropriate intervals.
Customer:	AV CRA 50 N 25-55 INT 2	
Ciudad / City:	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA	
Fecha de Calibración / Calibration Date:	2025-05-30	
Número de radicación / Radication number:	20002530	

Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio que lo emite. Los suplementos de certificados de calibración sin firma no son válidos. / This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. The supplements of the calibration certificates without signature are not valid.

Los resultados de este certificado solo están relacionados con los objetos calibrados / The results of this certificate just are related with the calibrated objects.

Fecha de expedición Issue date:	Calibrado por: Calibrated by:	Responsable calibración	Autorizado por: Authorized by:
Fecha emisión	Firmado digitalmente COD		Firmado digitalmente COD19322722
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2025-10-06</div>	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">COD</div>		
Físico Luis Carlos Castro Camacho Profesional Especializado			

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Subdirección de Metrología Física
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia
Conmutador: (57+ 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia
Código Postal 111321

Página 1 de

M-01-F-001 (V.1)

Sin número

Conclusión

El certificado continua sin poderse generar por omisión / información incorrecta en la carátula.