ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA EIH
GESTANDO FUTURO 2025

HOJA DE VIDA BÁSCULA PESA PERSONAS

Báscula de piso	
Nombre del equipo	Báscula de piso pesa personas
Tipo de equipo	Tips: clase I IÌ. Digital
Marca	SECA
Modelo	874
Serial o lote	8813357171560
Ubicación	Oficina principal Asoiación Profesionales de Colombia
Código interno o placa ID	APC GT Periodistas 001
Responsable del equipo	Johanna Mayoral – Coordinación
Fecha de ingreso	SIN INFORMACION
Instrucciones de uso	De bajo peso, construcción muy sólida y diseño fácil de usar, con pilas de larga duración y una precisión que diferentes niveles de humedad no afectan Cuando se realicen exámenes en serie, no hay necesidad de agacharse una y otra vez; la báscula se enciende con el simple contacto de la punta del pie sabre el botón de encendido y apagado. La doble pantalla ofrece una fácil y simultánea lectura para el paciente y el personal médico, desde diferentes posiciones. La plataforma extraordinariamente amplia de 400 x 45 x 300 milímetros y la escasa altura permiten el pesaje confortable de pacientes de gran peso.
Datos técnicos	Capacidad: 200 kg / 440 lbs • División: 50 g < 150 kg > 100g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs • Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 362 mm / 12,6 x 2,4 x 14,3" • Dimensiones/plataforma (AxAxP): 288 x 60 x 280 mm / 11,3 x 2,4 x 11" • Peso: 4,1 kg / 8,9 lbs • Alimentación: Batería • Funciones: Función madre/bébé, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática • Opcional: Estadiómetro seca 217 en combinación con el elemento adaptador seca 437, bolso de transporte seca 414 (para combinación con tallímetro y elemento adaptador), bolso de transporte seca 421
Sensibilidad	50 g < 150 kg > 100 g
Capacidad	200 Kg
Anexos	Manual de instrucciones

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	23/08/2022	Informe de calibración SH22-3029	Calibración realizada par laboratorio SERVIHOY Básculas y Balanzas S.A.S.
2			

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Recomendación	Responsable
1	14/03/2025	CUMPLE	NINGUNA	
2				
3				
4				

Inspección de Operación

N°	Fecha	Resultado	Recomendación	Responsable
1	14/03/2025	CUMPLE	NINGUNA	NATALY SARMIENTO – NUTRICIONISTA
2				
3				
4				
5				