

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	1/28/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés X


No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NA	SECA	354	2026	UDS PERIODISTAS	JOHANNA MAYORAL

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-3029	23/08/2022	CUMPLE	NA	NA	NA	NA

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	10/20 KG	Juego de pesas clase	R-OTI666	3/14/2025	Jun-25
Carga mínima (Min)	10 KG	Número de Certificado	10/23/2019	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	10 KG			NATALY SARMIENTO	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	20 KG				

PRUEBAS		
EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	9,985	0,015
2	9,975	0,025
3	9,98	0,02
4	9,995	0,005
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,025
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 10 - 15 KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	14,97	0,03
2	14,995	0,005
3	14,985	0,02
4	10	0
5	9,995	0,005
Error máximo obtenido en la prueba		0,03
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
RESULTADO: Cumple o no cumple		

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10KG		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9,995	0,005
2	10	0
3	9,995	0,005
4	9,995	0,005
5	9,995	0,005
Error máximo obtenido en la prueba		0,005
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

GUÍA EXCENTRICIDAD	
	
Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido	

OBSERVACIONES:	
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.