BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB01	Seca	813	1560	Gran Britalia	Coordinación

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	15-10-19	Cumple	1	10-08-22	Cumple	10-08-2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg	Juego de pesas clase	Paralelepipedo rectangular	14-03-25	14-06-25
Carga mínima (Min)	0,1 kg	Numero de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 g			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	Sin Información	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.1 Kg				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 25

Punto	Indicación	Diferencia
1	24.8	0.2
2	24.9	0.1
3	24.9	0.1
4	25	0
5	24.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.2
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 25

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	24.9	0.1
2	25	0
3	24.9	0.1
4	24.9	0.1
5	24.8	0.2
Error máximo obtenido en la prueba		0.2
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 5 10 20 25 15

Punto	Indicación	Diferencia
1	24.9	0.1
2	24.9	0.1
3	24.8	0.2
4	19.8	0.2
5	14.8	0.2
Error máximo obtenido en la prueba		0.2
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Equipo en adecuadas condiciones.
Firma del responsable de realizar la Verificación intermedia:	Audrea Contreras - Nutricionista.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner