

TRIUNFADORAS

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ☐ Balanza Pesa Personas ☐ Balanza Pesa Bebés ☒

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NA	BBG	BB3	NA	APC - Triunfadora 1.	Coordinación

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-2012	10-8-23	Cumple	NA	NA	NA	2023

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 Kg	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	14-03-25	19-06-25
Carga mínima (Min)	5 Kg	Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g < 10 kg > 10g	Nutrición			
Repetibilidad (Indicación en manual)	15	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 Kg			CARGA EN PRUEBA 10 Kg		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0	1	10	0
2	10	0	2	10	0
3	10.005	0.005	3	10	0
4	9.995	0.005	4	10	0
5	10.005	0.005	5	9.995	0.005
Error máximo obtenido en la prueba		0.005	Error máximo obtenido en la prueba		0.005
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO		Cumple	RESULTADO		Cumple

OBSERVACIONES:	Equipo en adecuadas condiciones.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Claudia Go - nutricionista APC.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1801 de 2012.