

INFORME DE CALIBRACIÓN

REPORT OF CALIBRATION



Certificado No.: IC-SH22-3021

Certificate number

Página 1 de 2

Cliente:

Customer

ASOCIACIÓN ESPERANZA Y PROGRESO- GRAN BRITANIA

Dirección:

Address

CALLE 161ª N 91ª – 39 - BOGOTÁ

Instrumento:

Instrument

INFANTOMETRO PLEGABLE

División de Escala:

Scale division

1 mm

Fabricante:

Manufacturer

SECA

Modelo:

Model

417

Número de serie:

Serial number

NO PORTA

Intervalo de medición:

Measuring range

10 - 100 cm

Fecha de Recepción:

Reception date

2022-08-05

Fecha de Calibración:

Calibration date

2022-08-10

Número de páginas del informe incluyendo anexos:

Number of pages of this report and documents attached

2

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio de metrología de SERVIHOY.

This report is an accurate record of the performed measurements results. This certificate must not be partially reproduced, except with prior written permission of laboratory metrology of SERVIHOY.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The user is responsible for having his instruments calibration at appropriated intervals.

Aprobó:

Approved by

ALDRIN HERNANDEZ

Jefe de Laboratorio

Fecha de emisión:

Issue Date

2022-08-10

SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS S.A.S.

Carrera 49 No.127 D - 48 - TEL: 8051022 - CEL: 3164729384 - Email: metrologia@servihoy.net



METODO DE CALIBRACIÓN

IC-SH22-3021

Comparación directa con patrones trazables de acuerdo al procedimiento interno P-LC-16 de ServihoY S.A.S.

TRAZABILIDAD

Regla Graduada de 0 - 600 mm MARCA: MITUTOYO
Certificado de Calibración: L-24483

Condiciones Ambientales:

Temperatura: 21,6 °C

Humedad Relativa: 59 %

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PUNTOS (mm)		INDICACION PATRÓN (mm)	INDICACION DEL INSTRUMENTO (cm)	ERROR (mm)
1	190	190	19,0	0,0
2	330	330	33,0	0,0
3	550	550	55	0,0
4	780	780	78	0,0
5	1000	1000	100,0	0,0

OBSERVACIONES

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio SERVIHOY Básculas y Balanzas S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

PROYECTO 1096 - LOCALIDAD: KENNEDY

El transporte de equipos es responsabilidad del cliente.

Fin del Informe de Calibración.