

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/5/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas ____		Balanza Pesa Bebés __x__	
-----------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-01	SECA	334	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITALIA	EMILCE ROJAS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	10/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	06/03/2024	06/06/2024
Carga mínima (Min)	50 GR	Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5 g <10kg> 10 g			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	<small> Certificado de Calibración Laboratorio de Metrología del y del S.A.S. - Bogotá Certificado #DE371-30 Procedimiento de calibración OIML 111-12004 Descripción del equipo: JUEGO DE PESAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA DE PIE PORTATIL Fabricante: METROLOGIA Fecha de recepción: 2023/10/13 Modelo: SP-PARALELO-20PESOS Fecha de calibración: 2023/03/06 </small>			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

PRUEBAS			
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD
CARGA EN PRUEBA 10 Kg			CARGA EN PRUEBA 10 KG
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición
1	9.93	0.07	1
2	9.925	0.075	2
3	9.935	0.065	3
4	9.92	0.08	4
5	9.935	0.065	5
Error máximo obtenido en la prueba		0.08	Error máximo obtenido en la prueba
Error mínimo obtenido en la prueba		0.065	Error mínimo obtenido en la prueba
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO
			CUMPLE

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD
CARGA EN PRUEBA 5 KG-10 kg -15 KG -20 KG			
Punto	Indicación	Diferencia	
1	5.01	-0.01	
2	10	0	
3	15.002	-0.002	
4	20	0	
5	20.002	-0.002	
Error máximo obtenido en la prueba		0.002	
Error mínimo obtenido en la prueba		-0.01	
RESULTADO	CUMPLE		
RESULTADO: Cumple o no cumple			

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.