

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/5/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____	Balanza Pesa Personas ____					Balanza Pesa Bebés __x__				
-----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-01	SECA	334	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITALIA	EMILCE ROJAS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)				
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA		RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	10/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	27/08/2024	27/11/2024
Carga mínima (Min)	50 GR	Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5 g <10kg> 10 g			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	<div>Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. - Bogotá Certificado # DE371-30-23 Procedimiento de calibración OIML 111-1/2004 Descripción del equip: JUEGO DE PESAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA DE PIE PORTATIL Fabricante: METRO GLOBAL Fecha de recepción: 2023/10/13 Modelo M-PARALELEPIPEDO Fecha de calibración: 2023/10/19 Serie: 201414095 Fecha de emisión: 2023/10/19 Fecha próxima calibración: N/A Lugar de calibración:</div> <div></div>			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01				


PRUEBAS

EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 20 KG			CARGA EN PRUEBA 10 KG		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20,001	0,01	1	10,001	0,001
2	20,001	0,01	2	10,001	0,001
3	20,001	0,01	3	10,001	0,001
4	20,001	0,01	4	10,001	0,001
5	20,001	0,01	5	10,001	0,001
Error máximo obtenido en la prueba		0,01	Error máximo obtenido en la prueba		0,001
Error mínimo obtenido en la prueba		0,01	Error mínimo obtenido en la prueba		0,001
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5 KG-10 kg -15 KG -20 KG					
Punto	Indicación	Diferencia			
1	5,01	0,001			
2	10	0			

3	15,002	0,002
4	20	0
5	20,002	0,002
Error máximo obtenido en la prueba		0,002
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.