

<div> <div>PROCESO</div> <div>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS</div> </div>				F3.G8.PP		30/5/2023	
				Versión 4		Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información: Pública			

Balanza Pesa Alimentos

Balanza Pesa Personas

Balanza Pesa Bebés

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-01	SECA	334	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITALIA	EMILCE ROJAS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	10/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	5/11/2024	05/02/2025
Carga mínima (Min)	50 GR	Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5 g <10kg> 10 g	Nutrición			
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	<div> <div>Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. - Bogotá</div> <div>Certificado # DE3716-23</div> <div>Procedimiento de calibración OIML 111-12284</div> <div>Descripción del equipo:</div> <div>JUOGO DE PESAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA DE PE PORTATIL</div> <div>Fabricante: METRO GLOBAL</div> <div>Fecha de recepción: 2023/10/13</div> <div>Modelo: M-PARALELEPIPEDO</div> <div>Fecha de calibración: 2023/10/19</div> <div>Serie: 201414895</div> <div>Fecha de emisión: 2023/10/19</div> <div>Fecha próxima calibración: N/A</div> <div>Lugar de calibración</div> </div> <div> <div>SET-GAD</div> <div>Certificado de Calibración</div> <div>010716-23</div> </div>			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01				

PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 20 KG			CARGA EN PRUEBA 20 KG		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20,01	0,01	1	20,001	0,001
2	20	0	2	20,001	0,001
3	20	0	3	20,001	0,001
4	20	0	4	20,001	0,001
5	20	0	5	20,001	0,001
Error máximo obtenido en la prueba		0,01	Error máximo obtenido en la prueba		0,001
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0,001
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5 KG - 10 KG-15 KG- 20 KG					
Punto	Indicación	Diferencia			
1	5	0,001			
2	10	0			
3	15,002	0,002			
4	15	0			
5	20	0			
Error máximo obtenido en la prueba		0,002			
Error mínimo obtenido en la prueba		0			

RESULTADO	CUMPLE
RESULTADO: Cumple o no cumple	Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido
OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.