


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/5/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	
Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas __X__ Balanza Pesa Bebés ____						
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)		RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-02	SECA	813	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITALIA		EMILCE ROJAS
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)				CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-3029	23/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	2027
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO			DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular		27/08/2024	27/11/2024
Carga mínima (Min)	100 GR	Número de Certificado	DE371-23		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 GR				Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION					
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01	<small>Laboratorio de Metrología Ser y Ser S.A.S - Bogotá Certificado # E321719-22 Procedimiento de calibración: OMB-115-12004 Descripción del equipo: Juego de Pesas Patrón para Verificación de Balanza de Piel Portátil Fabricante: METRO GLOBAL Fecha de recepción: 2023/07/19 Modelo: MAPAALELIPEDO Serie: 201414095 Fecha de emisión: 2023/07/19 Fecha próxima calibración: N/A Lugar de calibración:</small>				
PRUEBAS						
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD			
CARGA EN PRUEBA 20 KG			CARGA EN PRUEBA 10 KG			
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia	
1	20	0	1	10	0	
2	20	0	2	10	0	
3	20	0	3	10	0	
4	20	0	4	10,001	0,001	
5	20	0	5	10	0	
Error máximo obtenido en la prueba		0	Error máximo obtenido en la prueba		0,001	
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0	
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE		
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD			
CARGA EN PRUEBA 5 KG 10 KG 15 KG 20 KG -25 KG						
Punto	Indicación	Diferencia				
1	5	0				
2	10	0				
3	15	0				
4	20	0				
5	25	0				
Error máximo obtenido en la prueba		0				
Error mínimo obtenido en la prueba		0				
RESULTADO	CUMPLE					
RESULTADO: Cumple o no cumple						
OBSERVACIONES:			Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.