

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/5/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____Balanza Pesa Personas ☒Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-02	SECA	813	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITANIA	EMILCE ROJAS


CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-3029	23/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	06/03/2024	06/06/2024
Carga mínima (Min)	100 GR	Número de Certificado	DE371-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 GR	Nutrición			
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	<small>Certificado de Calibración Laboratorio de Metrología del y del S.A.S. - Bogotá Certificado #CE270132 Procedimiento de calibración OIML 111-0204 Descripción del equipo: JUEGO DE PESAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA DE PIE PORTATIL Fabricante: METROLOGICAL Fecha de recepción: 2023/01/13 Modelo: SPANALL-EP1050 Número de calibración: 2023/01/13</small>			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 35 KG			CARGA EN PRUEBA 35 KG		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20	0	1	25	0
2	20	0	2	25	0
3	20	0	3	25	0
4	20	0	4	25.001	0.001
5	20	0	5	25	0
Error máximo obtenido en la prueba		0	Error máximo obtenido en la prueba		0.001
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5KG 10 KG 15 KG 20 KG 25 KG					
Punto	Indicación	Diferencia			
1	25	0			
2	20	0			
3	15	0			
4	10	0			
5	5	0			
Error máximo obtenido en la prueba		0			
Error mínimo obtenido en la prueba		0			
RESULTADO	CUMPLE				
RESULTADO: Cumple o no cumple					



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.