	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/5/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ **Balanza Pesa Personas** __**X**_ **Balanza Pesa Bebés** __

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-02	SECA	813	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITALIA	EMILCE ROJAS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-3029	23/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	Paralelelipido rectangular	06/06/2024	06/09/2024
Carga mínima (Min)	100 GR	Número de Certificado	DE371-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 GR			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	Certificado de Calibración Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. - Bogotá Certificado # DE371S-23 Procedimiento de calibración OIML 111-1/2004 Descripción del equipo: JUEGO DE PESAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA DE PIE PORTATIL Fabricante: METRO GLOBAL Fecha de recepción: 2023/10/13 Modelo: M-PARALELEPIPEDO Fecha de calibración: 2023/10/18				
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	19.9	0.1
3	20	0
4	19.9	0.1
5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 KG

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	25	0
2	25	0
3	25	0
4	25.001	0.001
5	25	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.001
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 5KG 10 KG 15 KG 20 KG 25 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	25	0
2	20	0
3	15	0
4	10	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.