

<div> <div>PROCESO</div> <div>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS</div> </div>				F3.G8.PP		30/5/2023	
				Versión 4		Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información: Pública			

Balanza Pesa Alimentos ____

Balanza Pesa Personas X

Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GB-02	SECA	813	2026	USD GESTANDO FUTURO GRAN BRITALIA	EMILCE ROJAS

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-3029	23/8/2022	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	05/11/2024	05/02/2025
Carga mínima (Min)	100 GR	Número de Certificado	DE371-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 GR			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	<div> <div> <div>Laboratorio de Metrología Ser y Der S.A.S - Bogotá</div> <div>Certificado # E23719-23</div> <div>Procedimiento de calibración: OMB-111-02004</div> <div>Identificación del equipo:</div> <div>JUJICO DE PLUMAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA DE PEI PORTATIL</div> <div>Fabricante: METRO GLOBAL</div> <div>Fecha de recepción: 2023/01/10</div> <div>Modelo: MAPARALELOPISO</div> <div>Serie: 201414095</div> <div>Fecha de emisión: 2023/01/10</div> <div>Fecha próxima calibración: N/A</div> <div>Lugar de calibración:</div> </div> <div> <div>SET-GAD</div> <div>Certificado de Calibración</div> <div> <div>Identificación del equipo:</div> <div>Identificación del cliente:</div> <div>Identificación del personal:</div> <div>Identificación del método:</div> <div>Identificación del lugar:</div> <div>Identificación del equipo:</div> <div>Identificación del cliente:</div> <div>Identificación del personal:</div> <div>Identificación del método:</div> <div>Identificación del lugar:</div> </div> </div> </div>			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01				

PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 35 KG			CARGA EN PRUEBA 35 KG		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	35	0	1	35	0
2	35	0	2	35	0
3	35	0	3	35	0
4	35	0	4	35,001	0,001
5	35	0	5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0	Error máximo obtenido en la prueba		0,001
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5KG 10 KG 15 KG 20 KG 25 KG			<div> <div> <div>3</div> <div>1</div> <div>4</div> <div>2</div> <div>5</div> </div> <div> <div>3</div> <div>1</div> <div>4</div> <div>2</div> <div>5</div> </div> </div>		
Punto	Indicación	Diferencia	<div> <div>3</div> <div>1</div> <div>4</div> <div>2</div> <div>5</div> </div> <div> <div>3</div> <div>1</div> <div>4</div> <div>2</div> <div>5</div> </div>		

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.