

	<div> <div>PROCESO</div> <div>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> </div>				F2.G8.PP	30/05/2023	
					Versión 4	Página 1 de 1	
	FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				Clasificación de la Información: Pública		
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO		
GB-05	CG INSTRUMENT	T-116	N/A	UDS GRAN BRITALIA	COORDINACION - SALUD Y NUTRICION		
<div> <div>CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)</div> <div>CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)</div> </div>							
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN	
sh-57069	4/09/2023	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	sep-27	
FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición HIEL	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN
10/04/2024	0° C	0	0	CUMPLE	ANDREA CONTRERAS	N/A	jul-24
9/07/2024	0° C	0	0	CUMPLE	PAOLA PLATA	N/A	oct-24
17/10/2024	0° C	0	0	CUMPLE	ANDREA CONTRERAS	N/A	Diciembre 2024
9/12/2024	0! C	0	0	CUMPLE	ANDREA CONTRERAS	N/A	Febrero 2025
RESULTADO: Cumple o no cumple							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.