


	<p align="center">PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p> <p align="center">FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS</p>	F3.G8.PP	45076
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés _ x					
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
K7-02	Seca	334	2026	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 I - 37 - Bogotá	Yolima Guzman
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
1	16/09/2021	cumple	NA	NA	NA
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	No hay información	45446	45449
Carga mínima (Min)	5G	Número de Certificado	No hay información	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g < 10 kg > 10g	Yolima Guzman / responsable			
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	2,8 KG				
PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 KG			CARGA EN PRUEBA 20 KG		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9.95	0.05	1	20.01	0.01
2	9.935	0.065	2	20.06	0.06
3	9.945	0.075	3	20.04	0.04
4	9.94	0.06	4	20.02	0.02
5	9.94	0.06	5	20.03	0.03
Error máximo obtenido en la prueba		0.075	Error máximo obtenido en la prueba		0.06
Error mínimo obtenido en la prueba		0.05	Error mínimo obtenido en la prueba		0.01
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5 KG-10 KG-15KG-20KG					
Punto	Indicación	Diferencia			
1	20.94	0.9			
2	15.94	0.94			
3	10.95	0.95			
4	5.93	0.93			
5	5.94	0.94			
Error máximo obtenido en la prueba		0.9			
Error mínimo obtenido en la prueba		0.95			
RESULTADO	CUMPLE				
RESULTADO: Cumple o no cumple					
OBSERVACIONES:					