


	<p align="center">PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p> <p align="center">FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS</p>	F3.G8.PP	45076
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés _ x						
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO	
K7-02	Seca	334	2026	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 I - 37 - Bogotá	Margarita Morales	
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)				CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	16/09/2021	cumple	NA	NA	NA	16/09/2025
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO			DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	15 KG		Juego de pesas clase		11/05/2024	05/02/2025
Carga mínima (Min)	5G		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g < 10 kg > 10g		DE3710-23		Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN		Fabricante: METRO GLOBAL Fecha de recepción: 2023/10/13 Modelo M-PARALELEPIPEDO Fecha de calibración. 2023/10/19 Serie: 204444005			
Error Máximo Permitido (EMP)	2,8 KG					
PRUEBAS						
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD			
CARGA EN PRUEBA 5 Kg			CARGA EN PRUEBA 5Kg			
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia	
1	5.01	0.015	1	5.1	-0.1	
2	4.995	0.015	2	5	0	
3	5	0.005	3	5	0	
4	5.01	0.01	4	5	0	
5	4.995	-0.015	5	5	0	
Error máximo obtenido en la prueba		0.015	Error máximo obtenido en la prueba		0.1	
Error mínimo obtenido en la prueba		0.005	Error mínimo obtenido en la prueba		0	
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE		
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD			
CARGA EN PRUEBA 5 kg - 10 kg-15kg-20kg						
Punto	Indicación	Diferencia				
1	20.01	0.01				
2	15	0				
3	10.01	0.1				
4	5	0				
5	5	0				
Error máximo obtenido en la prueba		0.01				
Error mínimo obtenido en la prueba		0				
RESULTADO	CUMPLE					
RESULTADO: Cumple o no cumple						
OBSERVACIONES:						