

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	5/30/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas _ x		Balanza Pesa Bebés ____	
-----------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
K7-01	Seca	813	22989	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 I - 37 - Bogotá	Yolima Guzman


CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	15/10/2019	cumple	1	8/10/2022	Cumple	8/10/2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	Paralelepido rectangular	28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)	10 g	Número de Certificado	DE3710-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 G	Yolima Guzman / responsable			
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN	SET GADOONAC Certificado de Calibración Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. - Bogotá Certificado # DE3710-23			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1 KG				

PRUEBAS		
EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 20KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	20	0
3	19,9	0,1
4	19,9	0,1
5	19,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 5KG-10KG-15KG-20KG-25KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	25	0
2	19,9	0,1
3	15	0
4	10	0
5	4,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 KG		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	9,9	0,1
3	10	0
4	10	0
5	9,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

GUIA EXCENTRICIDAD	
	
Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido	

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.