


	<p align="center">PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p> <p align="center">FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS</p>	F3.G8.PP	45076
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas <u>x</u> Balanza Pesa Bebés ____						
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO	
K7-01	Seca	813	22989	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 I - 37 - Bogotá	Margarita Morales	
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)				CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	15/10/2019	cumple	1	10/08/2022	Cumple	10/08/2026
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO			DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG		Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	05/11/2024	05/02/2025
Carga mínima (Min)	0,1 KG		Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 G		Nutrición			
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN		Fabricante: METRO GLOBAL Fecha de recepción: 2023/10/13 Modelo M-PARALELEPIPEDO Fecha de calibración. 2023/10/19 Serie: 204444005			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1 KG					
PRUEBAS						
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD			
CARGA EN PRUEBA 35 Kg			CARGA EN PRUEBA 35 Kg			
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia	
1	34.9	-0.1	1	35	0	
2	35	0	2	35	0	
3	35	0	3	35	0	
4	35.1	0.1	4	35	0	
5	34.9	-0.1	5	35	0	
Error máximo obtenido en la prueba		0.1	Error máximo obtenido en la prueba		0	
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0	
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE		
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD			
CARGA EN PRUEBA 5 kg - 10 kg - 20 kg-25Kg						
Punto	Indicación	Diferencia				
1	25	0				
2	20	0				
3	14.9	0.1				
4	10	0				
5	5	0				
Error máximo obtenido en la prueba		0.1				
Error mínimo obtenido en la prueba		0				
RESULTADO	CUMPLE					
RESULTADO: Cumple o no cumple						
OBSERVACIONES:						