

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	45076
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	


Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas _ x		Balanza Pesa Bebés ____	
-----------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
K7-01	Seca	813	22989	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 l - 37 - Bogotá	Margarita Morales

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	15/10/2019	Cumple	1	10/08/2022	Cumple	10/08/2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	27/08/2024	27/11/2024
Carga mínima (Min)	0,1KG	Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 G			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN	SET GADOUNAC Certificado de Calibración Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. - Bogotá Certificado # DE3710-23 <i>Procedimiento de calibración OIML 111.4/2004</i>			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1 KG				

PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 20 Kg			CARGA EN PRUEBA 10 Kg		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20	0	1	10,1	0,1
2	19,9	0,1	2	10	0
3	20	0	3	10	0
4	19,9	0,1	4	10	0
5	20	0	5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,1	Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO		CUMPLE	RESULTADO		CUMPLE

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD	
CARGA EN PRUEBA 5 kg - 10 kg -15kg				
Punto	Indicación	Diferencia		
1	15,01	0,01		
2	15	0		
3	10,01	0,01		
4	5	0		
5	5	0		
Error máximo obtenido en la prueba		0,01		
Error mínimo obtenido en la prueba		0		
RESULTADO		CUMPLE		
RESULTADO: Cumple o no cumple				

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.