



CW INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S

NIT. 901.218.948 – 2

Facativá, 27 Diciembre 2022

Señores:

FUNDACIÓN ESPERANZA Y PROGRESO

Asunto: FUNCIONALIDAD CUMPLIMIENTO DE TALLIMETRO

Por medio de la presente les informamos que teniendo en cuenta la guía de metrología del ICBF, el tallimetro que solicita la institución debe cumplir con las siguientes características:

1. División de escala de milímetro a milímetro
2. Base plana para el tallaje.
3. Indicador de medida exacto.
4. Equipo fácil de manjar, y de transportar.

Teniendo en cuenta lo anterior el equipo que cumple con las características es el Tallimetro seca Ref. 213

El equipo kramer es un equipo que debe estar fijo, anclado a una pared, la división de escala es de 5 milímetro a 5 milímetro y no tiene indicador exacto de medida.

Por estas diferencias es que se recomienda el tallimetro de marca seca, ya que cumple con todas las especificaciones.

Cordialmente,

Camilo Andrés Millan
Asesor Comercial

Calle 1E No. 1A-85 Sur, Oficina 101 - Facativá Cundinamarca email: cwingenieriaeléctrica@gmail.com
teléfonos:(1)8915149-3123567337-3046031385