

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				F3.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
	FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas ____		Balanza Pesa Bebés <u> X </u>	
-----------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NA	BBG	BB-3	NO PORTA	APC triunfadoras- CARRERA 81 C # 16-55 - Bogotá	COORDINACIÓN Emilce Rojas

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-2012	10/08/2023	CUMPLE	1	10/08/2022	CUMPLE	10/08/2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 Kg	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	04/06/2024	04/09/2024
Carga mínima (Min)	5 Kg	Número de Certificado	DE371-30	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g<10g>10g			Nutrición	
Repetibilidad (indicación en manual)	15	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 5 kg			CARGA EN PRUEBA 20 kg		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5	0	1	20	0
2	5	0	2	20	0
3	4.9	0.1	3	20	0
4	5	0	4	20	0
5	4.9	0.1	5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1	Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 kg - 15Kg - 20Kg					
Punto	Indicación	Diferencia			
1	10	0			
2	15	0			
3	20	0.1			
4	10	0.1			
5	15	0.1			
Error máximo obtenido en la prueba		0.1			
Error mínimo obtenido en la prueba		0			
RESULTADO	CUMPLE				
RESULTADO: Cumple o no cumple			Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido		

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.