



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA
COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
CONVENIO 9665

MES DE REPORTE: OCTUBRE DE 2025.

N°	MES	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026
1	TERMOMETRO PARA FRIO													
2	TERMOMETRO PARA CALOR													
3	GRAMERA DIGITAL													
4	BASCULA INDUSTRIAL													
5	NEVERA #1													
6	NEVERA #2													
7	CONGELADOR #1													
8	CONGELADOR #2													
9	LICUADORA SEMIINDUSTRIAL													
10	LICUADORA INDUSTRIAL													
11	ESTUFA INDUSTRIAL													
12	ESTUFA ENANA INDUSTRIAL													
13	HORNO													
14	HORNO MICROONDAS													
15	OLLAS Y SARTENES													

REVISIÓN Y APROBACIÓN				
	FECHA	NOMBRE	CARGO/ROL	FIRMA
ELABORÓ	01/01/2025	ANGEL HIGUERA ORTEGA	NUTRICIONISTA	
APROBÓ	01/01/2025	LADY JOHANNA ESCOBAR	COORDINADORA	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C. 830018406-7
DIRECCIÓN: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA
TELÉFONO: 311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL
MARCA: TP
MODELO: DIGITAL300
SERIE: ETH7213
RANGO DE TEMPERATURA: -50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA: ± 1
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025/07/16
PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C. 830018406-7
DIRECCIÓN: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA
TELÉFONO: 311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL
MARCA: TP
MODELO: DIGITAL300
SERIE: ETH7173
RANGO DE TEMPERATURA: -50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA: ± 1
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025/07/16
PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C. 830018406-7
DIRECCIÓN: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA
TELÉFONO: 311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL
MARCA: TP
MODELO: DIGITAL300
SERIE: ETH7093
RANGO DE TEMPERATURA: -50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA: ± 1
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025/07/16
PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/C.C. 830018406-7
DIRECCIÓN: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA
TELÉFONO: 311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL
MARCA: TP
MODELO: DIGITAL300
SERIE: ETH7133
RANGO DE TEMPERATURA: -50°C a 70°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA: ± 1
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025/07/16
PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT / C.C: 830018406-7
DIRECCIÓN: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA
TELÉFONO: 311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: TERMOHIGROMETRO
MARCA: GENERICO
MODELO: DIGITAL
UBICACIÓN DEL EQUIPO: MEDICAMENTOS
SERIE: ETH7053
RANGO DE TEMPERATURA: -10°C a 50°C
RESOLUCION DE TEMPERATURA: ± 1
RANGO DE HUMEDAD: 10% a 99%RH
RESOLUCION DE HUMEDAD: $\pm 5\%RH$
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025/07/16
PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 2026/07/16

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termo higrómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETRO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT / C.C:	830018406-7
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD:	VEREDA LA SERENA
TELÉFONO:	311 228 13 14

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO:	TERMOHIGROMETRO
MARCA:	GENÉRICO
MODELO:	DIGITAL
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	MEDICAMENTOS
SERIE:	ETH7013
RANGO DE TEMPERATURA:	-10°C a 50°C
RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA:	±1
RANGO DE HUMEDAD:	10% a 99%RH
RESOLUCIÓN DE HUMEDAD:	± 5%RH
FECHA DE RECEPCIÓN:	2025/07/12
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2025/07/16
PRÓXIMA CALIBRACIÓN:	2026/07/16

1.MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

El método de calibración empleado es por comparación de las mediciones de los instrumentos a calibrar con el patrón, de acuerdo con el procedimiento PET03, el cual está basado en el documento normativo "NT V VS 103: calibración de termo higrómetros de contacto, lectura directa y el procedimiento PET 06

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2845

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/ C.C: 830018406-7
DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA CHINAUTA
TELEFONOS: 311 228 13 14
FECHA RECEPCION: 2025/07/14
FECHA CALIBRACION: 2025/07/16
FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: $20,1 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$
HUMEDAD RELATIVA: $58,03 \pm 2,09 \% \text{ RH}$

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA DE PISO
MARCA: MORESCO
SERIE: 1905229
MODELO: A27
ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE
UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA
LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO
RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 200Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrología mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquía de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130,180 Y 200 kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2846

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/ C.C: 830018406-7
DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SEREANA CHINAUTA
TELEFONOS: 311 228 13 14
FECHA RECEPCION: 2025/07/14
FECHA CALIBRACION: 2025/07/16
FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: $20,1 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$
HUMEDAD RELATIVA: $60,03 \pm 2,09 \% \text{ RH}$

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: GRAMERA
MARCA: ELECTRONIC KITCHEN SCALA
SERIE: ETH 7253
MODELO: SF-400
ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE
UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA
LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO
RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD 100gx1g/353ozx0.1oz

PATRONES UTILIZADOS:

La Compañía Colombiana de Metrología mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquía de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2848

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/ C.C: 830018406-7
DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SEREANA CHINAUTA
TELEFONOS: 311 228 13 14
FECHA RECEPCION: 2025/07/14
FECHA CALIBRACION: 2025/07/16
FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: $20,1 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$
HUMEDAD RELATIVA: $58,03 \pm 2,09 \% \text{ RH}$

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA PARA ALIMENTOS
MARCA: TEXON
SERIE: ETH7293
MODELO: TX-007BD
ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE
UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA
LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO
RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 40Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrología mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquía de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2851

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/ C.C: 830018406-7
DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SERENA CHINAUTA
TELEFONOS: 311 228 13 14
FECHA RECEPCION: 2025/07/14
FECHA CALIBRACION: 2025/07/16
FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: $20,1 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$
HUMEDAD RELATIVA: $58,03 \pm 2,09 \% \text{ RH}$

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA PARA ALIMENTOS
MARCA: TEXON
SERIE: ETH7373
MODELO: TX-007BD
ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE
UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA
LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO
RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 150Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrología mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquía de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado # PSA-2851

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA
NIT/ C.C: 830018406-7
DIRECCION: KILOMETRO 59 VIA BOGOTA GIRARDOT
CIUDAD: VEREDA LA SEREANA CHINAUTA
TELEFONOS: 311 228 13 14
FECHA RECEPCION: 2025/07/14
FECHA CALIBRACION: 2025/07/16
FECHA PROXIMA CALIBRACION: 2026/07/16

CONDICIONES DE LA MEDICION:

TEMPERATURA AMBIENTE: $20,1 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$
HUMEDAD RELATIVA: $58,03 \pm 2,09 \% \text{ RH}$

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO: BASCULA PARA PERSONAS
MARCA: MORESCO
SERIE: ETH19050229
MODELO: A27
ESTADO DEL EQUIPO: OPERABLE
UBICACIÓN DEL EQUIPO: NO INDICA
LUGAR DE CALIBRACION: EN LABORATORIO
RANGO DE MEDICIÓN: CAPACIDAD MAX 150Kg

PATRONES UTILIZADOS:

LA Compañía Colombiana de Metrología mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido calibrados asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el Sistema Internacional De Unidades, siguiendo la jerarquía de trazabilidad nacional e internacional. Patron utilizado: Pesas patron Clase 1 de 5,10,15,20,130kg, certificado PSA-1494 Fecha: 2023/08/23