



COMPARADOR K-1001S TAYLOR
Determina pH y Cloro Libre o residual,
Reactivo DPD y Rojo Fenol.
DPD 1 R-0001; DPD 2 R-0002 y Rojo Fenol R-0014

**ANÁLISIS
 PARA PISCINA
 Y SPA**

1. Lea cuidadosamente las precauciones indicadas en las etiquetas.
2. Manténgase los equipos de análisis fuera del alcance de los niños.
3. Guarde los equipos de análisis un lugar fresco y oscuro.
4. Reemplace los reactivos cada año.

5. No desicarte las soluciones en la piscina o spa.
6. Enjuague las células antes y después de cada análisis.
7. Obtenga la muestra aproximadamente 18 pulgadas (45 cm) debajo de la superficie del agua.
8. Mantenga la botella verticalmente mientras se dispensa.

Instr.
 #5311S

Análisis de Cloro Libre

1. Enjuague y llene la célula de cloro / bromo hasta la marca con el agua a ser analizada.
2. Añada 5 gotas de R-0001 y 5 gotas de R-0002. Tape e invierta para mezclar.
3. Compare el color con los colores estándares. Anote cuantas partes por millón (ppm) de cloro libre. Vea la tabla de dosificación para ajuste.

Análisis de Bromo Total

1. Enjuague y llene la célula de cloro / bromo hasta la marca con el agua a ser analizada.
2. Añada 5 gotas de R-0001 y 5 gotas de R-0002. Tape e invierta para mezclar.
3. Compare el color con los colores estándares. Anote cuantas partes por millón (ppm) de bromo total. Vea las instrucciones del fabricante para ajuste.

Análisis de pH

1. Enjuague y llene la célula de pH hasta la marca con el agua a ser analizada.
2. Añada 5 gotas de R-0014. Tape e invierta para mezclar.
3. Compare el color con los valores estándares. Anote cuantas unidades de pH. Si el color muestra está entre dos valores, el pH es el promedio de los dos. Vea las tablas de dosificación para ajuste.

Equipos Mejoras Disponible

Este equipo está diseñado para analizar piscinas y spas con pocos bañistas. Mejorando a un **equipo con DPD y más equipos** es recomendado para esos con uso más elevado o problemas con variaciones de pH, algas, olores fuertes, irritación de los ojos, decoloración, manchas y corrosión.