Villavicencio, 19 de diciembre de 2024

Doctor;
Antonio Alejandro Tiuso
Gerente De Calidad, Inspección Y Vigilancia De Los Servicios
Secretaria De Salud Departamental

Asunto;

Informe técnico de seguimiento de los equipos médicos del contrato comodato No 1624 de 2020 en el Hospital Departamental de Granada Meta cuyo objeto es: ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO EQUIPOS MÉDICOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO DONADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - SECRETARÍA DE SALUD DEL META A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA META.

1. Introducción

Con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y cumplimiento del Contrato de Comodato No 1624 de 2020, me permito informar a la Supervisión Técnica, bajo la responsabilidad del Gerente de Calidad, Inspección y Vigilancia de los Servicios, el estado actual de los equipos médicos asociados a dicho contrato. Este informe detallará las condiciones operativas y de mantenimiento de cada uno de los equipos, con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento y cumplimiento de las normativas vigentes.

2. Metodología

El proceso de seguimiento se realizó mediante una inspección física y técnica de los equipos incluidos en el contrato. La revisión abarcó los siguientes aspectos:

- **Verificación del estado físico y funcional:** Inspección de cada equipo para determinar su estado actual y funcionamiento.
- **Revisión de registros de mantenimiento:** Evaluación de los registros de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar el cumplimiento de las rutinas establecidas.
- **Adecuación de infraestructuras:** Análisis de los espacios donde se encuentran instalados los equipos para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y operación.

El proceso de verificación de los equipos médicos entregados bajo el contrato de comodato No 1624 de 2020 se realizó el 10 de julio de 2024 en las instalaciones del Hospital Departamental de Granada. Durante estas inspecciones, se evaluaron un total de 43 equipos proporcionados por el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales se encuentran incluidos en el contrato, relacionados en la tabla 01.

Tabla 01. Equipos entregados en calidad de comodato No 1624.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445721083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445731083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445741083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445751083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445761083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445771083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445791083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445801083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445851083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200445861083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846731083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846741083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846751083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846761083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846771083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846781083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846791083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846801083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846811083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846821083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846831083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846841083 A1V
VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENTS TS	TS	200846851083 A1V
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2684
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2686
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2681
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2685
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2687
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2680
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2688
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2682

MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2689
MONITOR MULTIPARÁMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF2683
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051197
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051237
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051245
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051252
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051253
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051254
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051257
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051258
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051265
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIND	HP-60	91809920051266

3. Resultados

En las visitas técnicas realizadas al Hospital Departamental de Granada, se llevó a cabo una revisión de los equipos médicos bajo el comodato No 1624 de 2020, comparándolos con el inventario actual de dicha entidad. Este proceso incluyó la búsqueda y revisión de la documentación pertinente del contrato mencionado, así como una inspección física de los equipos en el servicio al que pertenecen.

Como resultado todos los ventiladores y monitores de signos vitales se encuentran en funcionamiento óptimo en los servicios con sus respectivos mantenimientos y calibraciones.

Se evidencia que todas las bombas de infusión MEDCAPTAIND HP-60 del presente contrato se encuentran en el área de mantenimiento biomédico sin uso, justificando que esta referencia generaba muchos problemas a nivel de sensoria, por el sensor de burbuja, sensor de oclusión, algunos con problemas de pantalla, el flujo entregado no coincidía con el flujo programado entre otros errores, el prestador actualmente cuenta con contrato de comodato con Baxter para suplir la necesidad de estas bombas de infusión.

MAURO ARTURO GONZALEZ CAMPUZANO
Ingeniero
Gerencia de calidad e inspección de los servicios