


**RE: Solicitud de oferta para calibración**

**Desde** Kelly Johana Viveros Loba <kjviveros@sena.edu.co>

**Fecha** Mié 19/11/2025 10:24

**Para** Recepcion Laboratorios ASTIN <repcionastin@sena.edu.co>; Lady Diana Narvaez Loaiza <ldnarvaez@sena.edu.co>

**CC** Elia Yamel Rodríguez Garcés <yrodriguezg@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (366 KB)

2025-11-19 COREMA.xlsx;

Buen día Isabella

Si bien se adjunta la cotización solicitada, me permito informar que, según el procedimiento establecido para la calibración de pies de rey, se requiere lo siguiente:

- Bocas de exteriores: comparar diez (10) valores nominales distribuidos aproximadamente de manera equidistante dentro del intervalo del instrumento (incluyendo 0 mm).
- Bocas de interiores y sonda de profundidad: seleccionar aleatoriamente dos (2) valores nominales.
- En todos los casos, los valores nominales a comparar deben ser escogidos aleatoriamente dentro del intervalo del instrumento.

Sin embargo, dado que el cliente ha indicado los valores nominales que desea calibrar, solicito por favor confirmar si los puntos suministrados corresponden específicamente a la calibración de las bocas de exteriores. En caso de no recibir confirmación, el laboratorio asumirá dichos valores para la calibración de las bocas de exteriores.

Adicionalmente, para el pie de rey identificado con código interno D-LA-08, solo se han indicado ocho (8) valores nominales. En caso de que el cliente no especifique los dos (2) valores faltantes, el laboratorio seleccionará aleatoriamente dichos puntos para completar los diez (10) requeridos por el procedimiento.

Muchas gracias y quedo atenta.



**Kelly Johana Viveros Loba**

**Laboratorio Metrología Dimensional**

[kjviveros@sena.edu.co](mailto:kjviveros@sena.edu.co)

+57 2 431 58 00 Ext 22699

Calle 52 # 2 BIS 15. Cali, Valle

    [www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

---

**De:** Recepcion Laboratorios ASTIN <recepcionastin@sena.edu.co>

**Enviado:** miércoles, 19 de noviembre de 2025 8:56

**Para:** Kelly Johana Viveros Loba <kjviveros@sena.edu.co>; Lady Diana Narvaez Loaiza <ldnarvaez@sena.edu.co>

**Asunto:** RE: Solicitud de oferta para calibración

Cordial saludo,

Solicito amablemente su colaboración para la realización de la siguiente cotización de la empresa COREMA.

Gracias, quedo atenta.



**Isabella Gil Robles**

Centro Nacional De Asistencia Técnica A La

Industria - ASTIN - Encargada de Recepción

recepcionastin@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:22697

Calle 52 No. 2 - Bis- 15



@SENAcomunica

Los laboratorios del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN no utilizarán la información considerada como confidencial y la suministrada por los clientes, para propósitos diferentes a los establecidos en el contrato del servicio; es decir, no se pondrá al alcance del público ningún tipo de información del cliente, la cual será considerada como confidencial.

De igual manera, comunicamos que la información producto de las actividades del laboratorio podían ser utilizadas al momento de realizarse ejercicios de auditoría interna y/o evaluaciones externas.

En caso de requerir elevar una petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, favor dirigirse al siguiente enlace:

<https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/pgrs.aspx> o enviar comunicación al correo [sgclaboratorios@sena.edu.co](mailto:sgclaboratorios@sena.edu.co)

**Declinación de responsabilidad:** Los laboratorios del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN no se hacen responsables de informes, certificados y/o resultados entregados desde correos electrónicos diferentes a [recepcionastin@sena.edu.co](mailto:recepcionastin@sena.edu.co) y [jenieto@sena.edu.co](mailto:jenieto@sena.edu.co).

**Asunto:** Solicitud de oferta para calibración

Buena tarde Isabella, me puedes por favor enviar una oferta para realizar calibración de los instrumentos dimensionales relacionados en el archivo adjunto.

Gracias por tu amable colaboración,

Cordialmente,



Libre de virus. [www.avast.com](https://www.avast.com)