

Medellín, 2 de diciembre de 2025

Señores,  
**Cornare**  
El Santuario, Antioquia, Colombia.

**Asunto:** Informe técnico de verificación y diagnóstico.  
El departamento técnico de Intecon Colombia S.A.S, realiza la recepción de:

Tipo de instrumento	Marca	Modelo	Placa	Serial
Sonómetro	Cesva	SC310	ME-MR-302	T237583

**Actividades de recepción y verificación de equipos.**

Recepción y verificación del estado físico y funcionamiento.

Serial	Recepción y verificación
T237583	Equipo ingresa en maleta protectora, con cable de extensión, calibrador acústico, preamplificador Cesva PA13 SN 499 y micrófono cesva C-130 SN 14449, Equipo enciende, realiza mediciones

**Actividades de mantenimiento**

Se realizan las actividades de mantenimiento.

Serial	Descripción de mantenimiento
T237583	Se realiza limpieza de carcasa externa, se chequean las baterías y se limpia la membrana del micrófono.

**Reporte de resultados y aptitud del equipo.**

Se describen los resultados posteriores a las actividades de mantenimiento.

Serial	Resultados
T237583	Equipo apto para realizar mediciones. Se verifica a 94dB.



**Notas:**

- Evitar golpes o caídas que puedan afectar la integridad estructural del equipo.
- Se recomienda para largos períodos de almacenamiento dejar los equipos sin baterías para evitar que estas se oxiden y dañen los equipos.

Cordialmente,



**Sebastián Jaramillo Mira**  
Departamento Técnico del laboratorio  
Intecon Colombia S.A.S