MAY 02 -2025

SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización	Reporte de verificación de fugas	Código	LAB-F-026
	Laboratorio ambiental	Versión	2
	Página 1 de 1	Fecha de emisión	28/04/2025

RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S
OPERADO POR: CARLOS ANDRES BEDOYA PATINO
SERIE ELECTRONICO: 2431
SERIE BANCO: A21527148
SERIE CAMARA: 526719AII
FECHA: 2025/05/16
HORA: 2:16:34 p. m.
RESULTADO: APROBADA

MÉTODO: SOSTENIMIENTO DE VACÍO

VALORES DE PRESIÓN DURANTE LA PRUEBA DESPUES DE DETECCIÓN DE BAJO FLUJO

PRESION INVERSA MINIMA	0833.8	mbar	PARAMETRO ACEPTACIÓN DIFERENCIA DE PRESION INVERSA <= -0.5 mbar
PRESION INVERSA MAXIMA	0832.7	mbar	
DIFERENCIA DE PRESION	-01.10	mbar	
MARCA DE EQUIPO	SENSORS		

DETECCIÓN Y SOSTENIMINETO DE VACÍO: SI **RESULTADO:** APROBADO

Nota: El valor absoluto de la diferencia de presion inversa maxima y minima en el transcurso de toda la prueba fue igual o inferior al valor absoluto del PARAMETRO DE ACEPTACION.

Metrigas Analizadores de Gases

Software por SOLUMEK S.A.