MAY 02 -2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización | Reporte de verificación de fugas | Código | LAB-F-026 |
| | Laboratorio ambiental | Versión | 2 |
| | Página 1 de 1 | Fecha de emisión | 28/04/2025 |

**RAZÓN SOCIAL:** SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S
**OPERADO POR:** ESTEBAN GONZALEZ ROLDAN
**SERIE ELECTRONICO:** 26950
**SERIE BANCO:** J12104298
**SERIE CAMARA:** 103843AII
**FECHA:** 2025/05/14
**HORA:** 10:30:29 a. m.
**RESULTADO:** **APROBADA**

**MÉTODO:** **SOSTENIMIENTO DE VACÍO**

| VALORES DE PRESIÓN DURANTE LA PRUEBA DESPUES DE DETECCIÓN DE BAJO FLUJO | | | |
|---|---|---|---|
| PRESION INVERSA MINIMA | 0888.4 | mbar | PARAMETRO ACEPTACIÓN DIFERENCIA DE PRESION INVERSA <= -0.5 mbar |
| PRESION INVERSA MAXIMA | 0886.9 | mbar | |
| DIFERENCIA DE PRESION | -01.50 | mbar | |
| MARCA DE EQUIPO | SENSORS | | |

**DETECCIÓN Y SOSTENIMINETO DE VACÍO:** **SI** **RESULTADO:** **APROBADO**

Nota: El valor absoluto de la diferencia de presion inversa maxima y minima en el transcurso de toda la prueba fue igual o inferior al valor absoluto del PARAMETRO DE ACEPTACION.

Metrigas Analizadores de Gases

Software por SOLUMEK S.A.