MAY 02 -2025

SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización	Reporte de verificación de fugas	Código	LAB-F-026
	Laboratorio ambiental	Versión	2
	Página 1 de 1	Fecha de emisión	28/04/2025

RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S
OPERADO POR: FRANK DAVID ZAPATA MARIN
SERIE ELECTRONICO: 4297
SERIE BANCO: I14118304
SERIE CAMARA: 105742AII
FECHA: 2025/05/14
HORA: 4:15:32 p. m.
RESULTADO: **APROBADA**

MÉTODO: **SOSTENIMIENTO DE VACÍO**

VALORES DE PRESIÓN DURANTE LA PRUEBA DESPUES DE DETECCIÓN DE BAJO FLUJO			
PRESION INVERSA MINIMA	0883.0	mbar	PARAMETRO ACEPTACIÓN DIFERENCIA DE PRESION INVERSA <= -0.5 mbar
PRESION INVERSA MAXIMA	0881.6	mbar	
DIFERENCIA DE PRESION	-01.40	mbar	
MARCA DE EQUIPO	SENSORS		

DETECCIÓN Y SOSTENIMINETO DE VACÍO: **SI** **RESULTADO:** **APROBADO**

Nota: El valor absoluto de la diferencia de presion inversa maxima y minima en el transcurso de toda la prueba fue igual o inferior al valor absoluto del PARAMETRO DE ACEPTACION.

Metrigas Analizadores de Gases

Software por SOLUMEK S.A.