| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLUMEK SOLUCIONES MECÁNICAS GLOBALES S.A.S. En reorganización | Reporte de verificación linealidad | Código LAB-F-029 | IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 1487 del 2023/10/30 |
| | | Versión 3 | |
| | Laboratorio Ambiental | Fecha de emisión 25/07/2025 | |

**RAZÓN SOCIAL:** SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S
**OPERADO POR:** YANETH CORTES HERRERA
**FILTRO 1 :** 40.80 %
**FILTRO 2 :** 77.46 %
**MARCA SOFTWARE:** METRIGAS
**VERSION SOFTWARE:** 8.9.0
**MARCA EQUIPO :** SENSORS
**EQUIPO S/N:** 7278

**FECHA:** 2025/06/10
**HORA:** 10:43:42 a. m.
**RESULTADO:** APROBADA

**Criterio de aprobación:** Error máximo permitido según NTC4231:+-1% para 0% y 100% de opacidad y +-2% para los valores de opacidad intermedios

| VALORES DE OPACÍMETRO (% DE OPACIDAD) | |
|---|---|
| **VALOR CERO** | 0.00 % |
| **VALOR FILTRO 1** | 42.20 % |
| **VALOR FILTRO 2** | 77.70 % |
| **VALOR 100** | 99.9 % |

| DESVIACIÓN (% DE OPACIDAD) | |
|---|---|
| **CERO** | 0.00 % |
| **FILTRO 1** | 1.40 % |
| **FILTRO 2** | 0.20 % |
| **VALOR 100** | 0.10 % |

Metrigas Opacimetro

Software por SOLUMEK S.A.