EL SUSCRITO JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DE INDUSTRIA TECNICA DE MADERAS S.A. "INTECMA S.A."

C E R T I F I C A:

Que en nuestra calidad de importadores comercializamos el producto denominado **BAJALENGUA DE MADERA MARCA KENNEDY MEDICAL PRODUCTS,** el cual es usado por personal médico, y está elaborado y manejado bajo las siguientes especificaciones:

1. GENERALES

El Bajalengua está elaborado en madera de abedul incoloro de gran resistencia.

2. DIMENSIONES

El producto cumple con las siguientes medidas:

- Longitud 150 mm $\pm$ 0.5
- Ancho 18.0 mm $\pm$ 0.3
- Espesor 1.70 mm $\pm$ 0.2

3. CONTROL DE CALIDAD

A lo largo del proceso de recepción se realizan los controles e inspecciones de calidad garantizando un producto de las siguientes características:

- Higiene absoluta en el producto
- Acabado y pulido para evitar astillas, nudos, roturas y partes débiles.
- Homogeneidad y uniformidad en la selección del producto.
- Seguimiento bacteriológico efectuado por frecuentes muestreos realizados por laboratorio especializado el cual garantiza que el producto está dentro de las especificaciones de salubridad.

4. EMPAQUE

El empaque final es una caja de cartón corrugado de forma rectangular con capacidad para 10.000 unidades, en dos tipos de presentación:

- Cajita con 500 Unidades Sueltas.
- Cajita con 25 bolsitas de 20 unidades.

5. ALMACENAMIENTO

Para el almacenamiento de la mercancía contamos con una bodega especial libre de humedad para evitar la contaminación y el deterioro del producto.



ING. LUIS CARLOS ALZA
Jefe Control de Calidad