| | FICHA TÉCNICA | Fecha de actualización: 08/08/14 |
|---|---|---|
| Global Healthcare | **MASCARILLA PARA ANESTESIA** | **Technical Specifications Especificaciones Técnicas** |

**MARCA:** Global Healthcare.

**DESCRIPCIÓN:** Dispositivo médico desechable utilizado para la administración de gases anestésicos, mezclas gaseosas ventilatorias, presión positiva no invasiva y asistencia con bolsa de resucitación manual. Elaborada en material suave, flexible y transparente. El colchón de aire permite ajustarse a través de la válvula de inflado de acuerdo al contorno facial del paciente evitando la fuga de aire y mejorando el confort del paciente. Los diferentes tamaños están codificados por el color del anillo de hook.

**COMPOSICIÓN:** 100% vinilo suave transparente, sin látex, con colchón de aire, válvula de inflado y anillo hook.

**PRESENTACIONES COMERCIALES:** Por unidad en bolsa de plástico transparente, sellada, 10 unidades/caja de cartón corrugado.

| Ítem | Descripción | Empaque | Códigos de Barras | N° Registro Invima |
|---|---|---|---|---|
| 63-430A | Mascarilla para Anestesia No. 0 | 10und/caja | Unidad: 872237008278<br>Corrugado: 40872237008276 | 2007DM-0001253 vigente hasta: 17/12/2017. Riesgo: IIA |
| 63-431A | Mascarilla para Anestesia No. 1 | 10und/caja | Unidad: 872237008285<br>Corrugado: 40872237008283 | |
| 63-432A | Mascarilla para Anestesia No. 2 | 10und/caja | Unidad: 872237008292<br>Corrugado: 40872237008290 | |
| 63-433A | Mascarilla para Anestesia No. 3 | 10und/caja | Unidad: 872237008308<br>Corrugado: 40872237008306 | |
| 63-434A | Mascarilla para Anestesia No. 4 | 10und/caja | Unidad: 872237008315<br>Corrugado: 40872237008313 | |
| 63-435A | Mascarilla para Anestesia No. 5 | 10und/caja | Unidad: 872237008322<br>Corrugado: 40872237008320 | |

**TIPO DE CONSERVACIÓN:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Mascarillas que se diseñan para proporcionar gases inhalados a los pacientes bajo anestesia, ventilación no invasiva o ventilación con resucitador manual. El anillo de hook permite la adaptación en 4 puntos mediante una correa o arnés que proporciona adecuado ajuste a la cara del paciente. El colchón de aire se puede ajustar mediante el puerto o válvula de inflado que permite cambiar el volumen de aire de acuerdo al contorno facial del paciente evitando las fugas.


**INSTRUCCIONES DE USO:** 1.- Elija el tamaño de la máscara adecuada según el tamaño del paciente. 2.- Adapte el sistema de oxigeno deseado: circuito de anestesia, circuito de ventilación o resucitador manual y verifique que las conexiones están bien aseguradas 3.- Sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 4.- Verifique que el paciente respire adecuadamente y que no se presentan fugas alrededor de la máscara. . 5.- Si es necesario ajuste las correas a través del anillo de hook asegurando la ausencia de fugas.

Cuidados posteriores. Controle regularmente que la mascarilla está en la posición correcta. Compruebe que la máscara o las correas o arnés no lesionan la piel de la cara, el cuero cabelludo ni los pabellones auriculares del paciente. Vigile que no haya fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla (especialmente hacia los ojos). Valore las mucosas nasal y labial.

**INDICACIONES.** El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación. Al seleccionar un flujo de Oxígeno es importante considerar las reservas disponibles en relación con el tiempo de traslado. Por ejemplo: Si disponemos de un tubo de Oxigeno de 0,5 m3 que contiene 500 litros de oxígeno y graduamos el flujo a 15 l/minuto, consumiremos la carga en 33 minutos.

**VIDA ÚTIL:** 3 Años.

**OBSERVACIONES:** Descartar luego de usar, **No usar** si el paquete esta abierto o dañado (producto desechable).



MASCARILLA PARA ANESTESIA

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net