



EQUIPO PARA RETORNAR REVISION POR PARTE DE CM/CIA DE LA PROFESIONAL VANESSA ARIAS

Desde Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>
Fecha Mié 24/12/2025 11:50 AM
Para METROLOGIASGC <metrologiasgc@saludcapital.gov.co>

Buenos días,
cordial saludo.

Por medio de la presente se relaciona a continuación los datos del equipo pipeta multicanal para su correspondiente revisión nuevamente por parte del proveedor CM&CIA, ya que el equipo se intervino por mantenimiento y calibración y la profesional Vanessa Arias indica que no dispensa el mismo valor en todas las puntas.

IDENTIFICACIÓN LSP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ÁF
BMOL-72	PIPETA MULTICANAL	BRAND	TRANSFERPETTE S	19E67318	N/R	\

Esta actividad se ejecutó en compañía y apoyo con todo el grupo de Metrología.

Quedo atento a cualquier comentario y agradezco la atención brindada.

Cordialmente,



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Juan Sebastian Pineda Naranjo
Profesional Universitario
Subdirección Laboratorio de Salud Publica
Secretaría Distrital de Salud
Cra. 32 N°12 – 81 Teléfono: 364-90-90