



RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Desde Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>
Fecha Vie 12/12/2025 10:28 AM
Para Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>
CC Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>; Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>; Brenda Yineth, Sogamoso Forero <BYSogamoso@saludcapital.gov.co>; Hugo Alejandro, Reyes Garzon <HAReyes@saludcapital.gov.co>

Buenos días,
cordial saludo.

Por medio de la presente confirmo disponibilidad de equipos para intervención para los días 15, 16 y 17 de diciembre.

TEM	IDENTIFICACIÓN LSP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	IN'
279	TOX-1	CUARTO_FRÍO	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	
379	MBC-1	CUARTO_FRÍO	REFIPLAST	NO REGISTRA	24121	
380	MBC-2	CUARTO_CALIENTE	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	
462	VIR-1	CUARTO_FRÍO	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	

Las áreas nos brindan la correspondiente disponibilidad de los equipos, más sin embargo con las siguientes condiciones:

1. Los equipos no se podrán desocupar por completo ya que no se cuenta en el momento con algún otro cuarto para su backup.
2. Los profesionales tendrán que ingresar mínimo 3 a 4 veces al día para sacar e ingresar material, sin embargo, no tocarán ningún elemento de las pruebas de intervención.
3. Antes de comenzar las intervenciones de los cuartos, se presentará el personal ante los profesionales del área y se realizara recomendaciones para estos días; esto se realizará en compañía del grupo de metrologia.

Quedo atento a cualquier comentario y agradezco la atención brindada.

Cordialmente,



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Juan Sebastian Pineda Naranjo
Profesional Universitario
Subdirección Laboratorio de Salud Publica
Secretaría Distrital de Salud
Cra. 32 N°12 – 81 Teléfono: 364-90-90

De: Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>
Enviado: martes, 9 de diciembre de 2025 16:10
Para: Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>
Cc: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>; Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>; Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>; Brenda Yineth, Sogamoso Forero <BYSogamoso@saludcapital.gov.co>; Hugo Alejandro, Reyes Garzon <HAReyes@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buenas tardes,
cordial saludo.

Por medio de la presente confirmo disponibilidad de equipos para intervención para los días 10, 11 y 12 de diciembre.

TEM	IDENTIFICACIÓN LSP	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	IN'
204	MBA-83	CUARTO_FRÍO	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	
205	MBA-88	CUARTO_FRÍO	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	
185	MBA-46	CUARTO_CALIENTE	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	
65	FQA-1	CUARTO_FRÍO	REFIPLAST	NO REGISTRA	NO REGISTRA	

Las áreas nos brindan la correspondiente disponibilidad de los equipos, mas sin embargo con las siguientes condiciones:

1. Los equipos no se podrán desocupar por completo ya que no se cuenta en el momento con algún otro cuarto para su backup.

Quedo atento a cualquier comentario y agradezco la atención brindada.

Cordialmente,



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Juan Sebastian Pineda Naranjo
Profesional Universitario
Subdirección Laboratorio de Salud Publica
Secretaría Distrital de Salud
Cra. 32 N°12 – 81 Teléfono: 364-90-90

De: Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 11:10
Para: Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>
Cc: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>; Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>
Asunto: RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buen día, espero que se encuentren muy bien.

Como se menciona el martes, la carpeta se encontraba en actualización cargando los informes y certificados finalizados.

A continuación, relaciono el enlace en el cual podrán consultar los informes que se generen para el contrato.

 [No_CO1.PCCNTR. 8276033](#)

Nota importante para el acceso:

- Dar clic en el enlace o copiar y pegar el enlace en la barra de búsqueda.
- Para el ingreso la plataforma le pedirá un código, por favor dar clic en **enviar código**.
- El código debe llegar a su correo (por favor revisar en Spam)
- Digite el código. Podrá verificar toda la información de su contrato.
- Tener presente que los permisos de acceso al enlace tienen una vigencia de 30 días. Una vez cumplido este plazo, agradeceremos que nos informen para proceder con la actualización de los permisos.
- Estimado cliente recuerde que podrá realizar sus reclamaciones, solicitudes o correcciones en el plazo máximo de 30 días

Nos complace informarle que los informes de CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y CALIBRACIÓN ya se encuentran disponibles, por favor confirmar recibido.

• **Calibración**

ITEM	Estado	No Informe
17	finalizado	T-50-0367B-76230
30	finalizado	V-54-0430B-76482
33	finalizado	MTKV-1383-25

34	finalizado	MTKV-1382-25
50	finalizado	M-38-0377B-76472
69	finalizado	TH-55-0367B-76247
86	finalizado	TH-55-0367B-76248
112	finalizado	M-38-0377B-76474
117	finalizado	M-38-0377B-76473
178	finalizado	TH-55-0367B-76250
265	finalizado	TH-55-0367B-76251
303	finalizado	TH-55-0367B-76252
312	finalizado	TH-55-0367B-76253
351	finalizado	V-54-0430B-76485
353	finalizado	V-54-0430B-76484
359	finalizado	V-54-0430B-76491

361	finalizado	V-54-0430B-76528 V-54-0430B-76529 V-54-0430B-76530 V-54-0430B-76531 V-54-0430B-76532 V-54-0430B-76533 V-54-0430B-76534 V-54-0430B-76535
362	finalizado	MTKV-1386-25
363	finalizado	MTKV-1387-25
370	finalizado	MTKV-1384-25
371	finalizado	MTKV-1385-25
376	finalizado	V-54-0430B-76488
385	finalizado	TH-55-0367B-76244
389	finalizado	TH-55-0367B-76245

407	finalizado	V-54-0430B-76483
419	finalizado	T-50-0367B-76541
426	finalizado	V-54-0430B-76492
438	finalizado	V-54-0430B-76520 V-54-0430B-76521 V-54-0430B-76522 V-54-0430B-76523 V-54-0430B-76524 V-54-0430B-76525 V-54-0430B-76526 V-54-0430B-76527
464	finalizado	TH-55-0367B-76249
466	finalizado	MTKV-1375-25
473	finalizado	V-54-0430B-76487
474	finalizado	V-54-0430B-76486
488	finalizado	MTKV-1376-25
495	finalizado	TH-55-0367B-76246
502	finalizado	MTKV-1374-25

505	finalizado	MTKV-1378-25
507	finalizado	V-54-0430B-76486
509	finalizado	V-54-0430B-76490
514	finalizado	MTKV-1377-25
515	finalizado	V-54-0430B-76480
519	finalizado	V-54-0430B-76479
522	finalizado	V-54-0430B-76494

528	finalizado	V-54-0430B-76493

• Calificación

ITEM	Estado	Informe No	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES
6	finalizado	3147 3189	25-PH-007 25-TMP-056	
11	finalizado	3146 3190	25-PH-010 25-TMP-042	
16	finalizado	3317	25-SPC-039	
21	finalizado	3148 3191	25-PH-006 25-TMP-037	
23	finalizado	3319	25-SPC-041	

24	finalizado	3145 3194	25-PH-009 25-TMP-039	
25	finalizado	3326	25-PH-015 25-TMP-060	
54	finalizado	3142	25-TMP-036	Cambio a 92°C (Punto de ebullición)
61	finalizado	3156	25-TMP-045	
66	finalizado	3201	25-CND-014	
67	finalizado	3202	25-CND-015	
84	finalizado	3149	25-SPC-033	Pendiente informe
85	finalizado	3139	25-TMP-035A 25-TMP-035B	Trazabilidad
121	finalizado	3168	25-TMP-041	
152	finalizado	3169	25-TMP-040	

174	finalizado	3197	25-TMP-046	
177	finalizado	3195	25-TMP-043	
186	finalizado	3198	25-TMP-047	
195	finalizado	3199	25-TMP-048	
197	finalizado	3200	25-TMP-049	
202	finalizado	3316	25-TMP-058	
235	finalizado	3264 3308	25-TMP-055	Recalificar por ajuste
237	finalizado	3220	25-TMP-051	
238	finalizado	3236	25-TMP-052	
243	finalizado	3209	25-PH-012 25-TMP-050	
281	finalizado	3318	25-SPC-040	Pendiente informe
294	finalizado	3314	25-PH-14 25-TMP-057	
355	finalizado	3321	25-TMP-059	
390	finalizado	3249	25-TMP-053	
402	finalizado	3259	25-TMP-054	
537	finalizado	3345	25-AN-25	
538	finalizado	3346	25-AN-26	
542	finalizado	3310	25-PH-013	

En el transcurso de la siguiente semana se estará programando servicios para los equipos que nos han ido enviado.

Cordialmente,

Yeraldin Barreto

Servicio Técnico

Cra 49B # 93-93, Bogotá, Colombia

Tel: (601) 534 3848 Ext: 301

Cel: [+573228177318](tel:+573228177318)

Registre su PQRS [aquí](#)

Conoce nuestro [Portafolio](#)

www.quimitronica.com



Quimitrónica

- Experiencia y servicio en su laboratorio -

Este mensaje es confidencial, está amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas anti-virus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por virus y por tanto QUIMITRONICA SAS. no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

De: Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

Enviado el: miércoles, 3 de diciembre de 2025 8:44 a. m.

Para: Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>

CC: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>; Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>

Asunto: RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buenos días,

Agradecemos la aclaración brindada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que únicamente se retiraron siete (7) equipos relacionados con pesas, lo cual no justifica que los equipos lleven dos meses fuera de la institución.

Por otro lado, durante el transcurso de la semana se confirmarán los cuartos fríos que pueden ser intervenidos simultáneamente. Como se ha mencionado durante toda la ejecución del contrato, debemos programar estas actividades por equipos, ya que el laboratorio no puede detener su operación.

Adicionalmente, el día de ayer, 2 de diciembre, la ingeniera Danna Ferreira intentó comunicarse con ustedes para solicitar el acceso al enlace de reportes, dado que actualmente no es posible ingresar. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Agradecemos su pronta atención a esta solicitud y la habilitación del acceso al enlace de los informes.

Muchas gracias.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Juan Sebastián Cardozo Ramos
Profesional Universitario
Subdirección Laboratorio de Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9910

De: Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>

Enviado: martes, 2 de diciembre de 2025 16:17

Para: Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

Cc: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>; Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>

Asunto: RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buen día, espero que se encuentre muy bien.

Me permito informar el estado de los equipos pendientes:

1. Termómetros y termohigrómetros

Estos equipos fueron entregados el 20 de noviembre y el 21 de noviembre se informó que los certificados ya se encuentran en la carpeta para su revisión. Estamos a la espera de sus observaciones.

2. Pesas patrón

Estos equipos presentaron retrasos en el servicio de calibración debido a varios factores:

- Búsqueda y selección del proveedor: Incluyó el envío de solicitudes de cotización, la recepción de las mismas y la revisión detallada de la información.
- Logística: Se presentaron retrasos en la programación y en el envío de los equipos al proveedor.
- Cantidad de equipos

El proveedor nos informó esta semana que los equipos serán entregados el martes de la próxima semana. Con base en esto, esperamos realizar la entrega correspondiente antes de finalizar la semana, es decir, antes del viernes 12.

3. 70 equipos de volumen:

Estos equipos se encuentran programados para entrega día de mañana 3 de noviembre y los certificados ya están siendo cargados en la carpeta compartida.

4. Cuartos fríos Calificaciones

El proveedor nos notificó que por disponibilidad sensores no se pudo realizar los servicios esta semana como se había informado. Por lo que realizar los servicios en las siguientes fechas:

- 10 - 12 de diciembre: 4 equipos en simultaneo
- 12 - 16 de diciembre: 4 equipos en simultaneo
- 16 - 19 de diciembre: 6 equipos en simultaneo

Cuartos fríos Calibraciones:

Para los servicios de calibración, el tiempo estimado por equipo es de tres horas. Estos se realizarían a medida que el proveedor de calificaciones finalice con ellos equipos

5. Certificados e informes

Nos encontramos en actualización de los equipos con los que ya contamos con informes y esperamos el día de mañana en la tarde el enlace a la carpeta y el listado de servicios finalizados para que sean revisados

Quedo atenta.

Cordialmente,

Yeraldin Barreto

Servicio Técnico

Cra 49B # 93-93, Bogotá, Colombia

Tel: (601) 534 3848 Ext: 301

Cel: [+573228177318](tel:+573228177318)

Registre su PQRS [aquí](#)

Conoce nuestro [Portafolio](#)

www.quimitronica.com



Quimitrónica
- Experiencia y servicio en su laboratorio -

Este mensaje es confidencial, está amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s) destinatarios(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas anti-virus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por virus y por tanto QUIMITRONICA SAS. no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

De: Yeraldin Barreto

Enviado el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 5:29 p. m.

Para: Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

CC: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>; Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>

Asunto: RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buen día, espero que se encuentren muy bien.

Me permito dar respuesta a sus solicitudes:

1. Entregas pendiente equipos

- Los 34 equipos restantes serán entregados de la siguiente manera:
 - 28 equipos (entre termómetros y termohigrómetros) serán entregados mañana, 20 de noviembre. Por favor, me apoyan con la entrega de los 10 termohigrómetros que actualmente se encuentran en préstamo.
 - Las pesas continúan en proceso de calibración. Estimamos su entrega a finales de la próxima semana.
- Los 70 equipos del segundo grupo de volumen se encuentran en proceso de calibración
Se espera que la otra semana puedan ser entregados. Sin embargo, con esos equipos hemos tenido novedades ya que varios han tenido que se ajustados ya que se encuentran fuera de especificaciones y eso retrasa el proceso de calibración.

2. Certificados e informes

Los certificados de calibración y los informes de calificación se están cargando de manera progresiva en el enlace compartido la semana pasada, conforme avanzan las actividades.

3. Cuartos fríos

- Se espera iniciar la programación de las calificaciones la próxima semana, proyectando el inicio para el miércoles. Tener en cuenta que cada servicio de calificación requiere tres días por equipo. El proveedor, durante lo que resta del mes, puede atender dos equipos en paralelo. A partir de diciembre contará con mayor disponibilidad de sensores, lo que permitirá aumentar la cantidad de equipos por día.
- Para los servicios de calibración, el tiempo estimado por equipo es de tres horas. Aún no tenemos fecha confirmada; el viernes, cuando el proveedor organice su programación, les compartiré la información actualizada.

Cordialmente,

Yeraldin Barreto

Servicio Técnico

Cra 49B # 93-93, Bogotá, Colombia
Tel: (601) 534 3848 Ext: 301
Cel: [+573228177318](tel:+573228177318)
Registre su PQRS [aquí](#)
Conoce nuestro [Portafolio](#)
www.quimitronica.com



Este mensaje es confidencial, está amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas anti-virus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por virus y por tanto QUIMITRONICA SAS. no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

De: Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>

Enviado el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 11:31 a. m.

Para: Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

CC: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>; Adriana Bolaños <tecnico@quimitronica.com>

Asunto: RE: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Estimado Sebastián,

Por favor disculpe la falta de respuesta a la entidad. Por favor permítanos 2 horas para dar respuesta detallada a sus solicitudes.

Cordialmente,

Hernán Velandia
Gerente General
Quimitronica SAS
Cra 49B # 93-93, Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 534 3848
Code Postal 111211
gerencia@quimitronica.com
www.quimitronica.com



De: Juan Sebastian, Cardozo Ramos <JSCardozo@saludcapital.gov.co>

Enviado el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 9:58 a. m.

Para: Hernan Velandia <gerencia@quimitronica.com>

CC: Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>; Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buenos días,

La presente es para reenviar la solicitud de información remitida el 11 de noviembre del presente año, respecto de la cual aún no hemos recibido respuesta por parte de ustedes.

Agradecemos dar respuesta al correo mencionado con la mayor brevedad posible.

De igual forma, solicito información relacionada con la solicitud realizada para las calificaciones y calibraciones de los equipos cuartos fríos y calientes, dado que la documentación requerida fue enviada el 17 de octubre del presente año y, a la fecha, no se ha programado dichas intervenciones.

De antemano, muchas gracias.

Cordialmente,



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Juan Sebastián Cardozo Ramos
Profesional Universitario
Subdirección Laboratorio de Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9910

De: Juan Sebastian, Cardozo Ramos

Enviado: martes, 11 de noviembre de 2025 10:26

Para: Yeraldin Barreto <coordinador.lc@quimitronica.com>; tecnico@quimitronica.com <tecnico@quimitronica.com>

Cc: Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Danna Yeisenia, Ferreira Cortes <DYFerreira@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Pineda Naranjo <JSPineda@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud de información sobre entrega de equipos y certificados – Contrato [8276033-2025]

Buenos días,

La presente tiene como finalidad solicitar información sobre la fecha estimada de entrega de los 34 equipos pendientes, los cuales fueron retirados de la institución el 07 de octubre de 2025.

Inicialmente se retiraron 78 equipos, entre ellos equipos volumétricos, pesas patrón, termómetros y termohigrómetros. De estos, han retornado 38 equipos (correspondientes a equipos volumétricos); sin embargo, aún permanecen fuera de la institución 34 equipos, por lo que, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido más de un mes desde su retiro, se solicita información concreta sobre la fecha de reintegro de los mismos.

Adicionalmente, no se ha recibido ningún certificado de calibración ni de calificación. Se recuerda que, según lo estipulado en los anexos técnicos del contrato, los certificados de las intervenciones deben ser entregados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ejecución.

Agradezco su amable atención y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Juan Sebastián Cardozo Ramos
Profesional Universitario
Subdirección Laboratorio de Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9910