	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2 Fecha de vigencia 25/11/2020

INFORMACIÓN INSTRUMENTO	
NOMBRE DEL EQUIPO: PULSOXIMETRO	
ÁREA: ENFERMERIA	**UBICACIÓN:** CONSULTORIO
MARCA: DRIVE	**MODELO:** MQ3000
SERIE: (21) 8N1611034841	**FECHA DE INSTALACIÓN:**
PROVEEDOR:	**TEL. PROVEEDOR:**
VOLTAJE:	**CORRIENTE:**
FRECUENCIA:	**POTENCIA:**
MODO DE ADQUISICIÓN: **COMPRA** X **COMODATO** **PRESTAMO** **DONACIÓN**	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
N°	**DESCRIPCIÓN**
1	BATERIAS 1,5 VDC
2	
3	
4	


APOYO TÉCNICO	
USO	**CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO**
MEDICO:	I
BÁSICO: X	
APOYO:	

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
DIAGNOSTICO: X	**MANTENIMIENTO DE LA VIDA:**
TRATAMIENTO:	**PREVENCIÓN:**
REHABILITACIÓN:	**ANÁLISIS DE LABORATORIO:**
EQUIPO FIJO:	**EQUIPO MOVIL:** X

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	
MECÁNICA:	**HIDRAULICA:**
ELÉCTRICA:	**NEUMÁTICA:**
ELECTRÓNICA: X	**AGUA/VAPOR:**
ELECTROMECÁNICA:	**OTROS:**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	**FECHA DADO DE BAJA**	**VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN**
12/12/2020		

Escaneado con CamScanner



DISPOBIOMEDICOS S.A.S.

Soporte y Suministro de Dispositivos Biomédicos S.A.S.
NIT. 900.647.483-6 - RÉGIMEN COMÚN

REPORTE DE SERVICIO

No. ASIGNADO Nº 12511

FECHA: Marzo 26 de 2021
EQUIPO: Oximetro de Pulso
MARCA: Drive
MODELO: MD 3000
SERIE (21) BN1611034841
No. INV.
INSTITUCIÓN Dominicas Hijas de Nuestra Sra de Nazareth
UBICACIÓN Hogar San José Saramita

SÍNTOMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Servicio equipo, se verifico % de Saturación se verifico bpm. El equipo funciona dentro de rango apto para su uso.

REPUESTOS UTILIZADOS

PRUEBAS CON PATRÓN CERTIFICADO

DATOS PATRÓN		DATOS EQUIPO

SIMULADOR

VERIFICÓ

OBSERVACIONES

Ing. Hugo Quiroga
RM 201111-459 IN-VIMA
MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS CLASE II B Y III

RECIBIDO POR Esteban Guzmán S. ENTREGADO POR

Dir. Cra. 70D No. 98 A - 05 Int. 9-102 - Cel. 310 561 75 36 - Bogotá, D.C.

Impreso por: Travel Publicidad Nit. 7332582-5 Cel 312 380 0954

Escaneado con CamScanner