| | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH<br>Hogar San José para Ancianos<br>Nit. 860007392 - 4 | PGSE-FT-16 |
|---|---|---|
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS**<br>HOJA DE VIDA DE EQUIPO | V-2<br>Fecha de vigencia 30/03/2016 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL EQUIPO: PULSIOXIMETRO** | |
| **ÁREA: ENFERMERIA** | **UBICACIÓN: HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS FUSAGASUG** |
| **MARCA: HOGE INDUSTRI** CONTEC | **MODELO: AH-50DL** DIGITAL |
| **SERIE: 09AG2016** | **FECHA DE INSTALACIÓN:** |
| **PROVEEDOR: EBS ESTHETIC** | **TEL. PROVEEDOR: 3164291004** |
| **VOLTAJE: 3 VDC** | **CORRIENTE: 30 mA** |
| **FRECUENCIA: 60 HZ** | **POTENCIA:** |
| **MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA X COMODATO PRESTAMO DONACIÓN** | |
| **OBSERVACIONES:** | |

| **EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS** | |
|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |


| **APOYO TÉCNICO** | |
|---|---|
| **USO** | **CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO** |
| **MEDICO:** X | **IIA** |
| **BÁSICO:** | |
| **APOYO:** | |

| **CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA** | |
|---|---|
| **DIAGNOSTICO:** | **MANTENIMIENTO DE LA VIDA:** |
| **TRATAMIENTO:** | **PREVENCIÓN:** |
| **REHABILITACIÓN:** | **ANÁLISIS DE LABORATORIO:** |
| **EQUIPO FIJO:** | **EQUIPO MOVIL:** X |

| **TECNOLOGÍA PREDOMINANTE** | |
|---|---|
| **MECÁNICA:** | **HIDRAULICA:** |
| **ELÉCTRICA:** | **NEUMÁTICA:** |
| **ELECTRÓNICA:** X | **AGUA/VAPOR:** |
| **ELECTROMECÁNICA:** | **OTROS:** |

| **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** | **FECHA DADO DE BAJA** | **VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |

Escaneado con CamScanner



# DISPOBIOMEDICOS S.A.S.

*Soporte y Suministro de Dispositivos Biomédicos S.A.S.*
*NIT. 900.647.483-6 - RÉGIMEN COMÚN*

## REPORTE DE SERVICIO

No. ASIGNADO Nº 12515

FECHA: Marzo 26 de 2021
EQUIPO: Oximetro de Pulso
MARCA: Contec
MODELO: CMS 50M
SERIE
No. INV.
INSTITUCIÓN Dominicas Hijas de Nuestra Sra de Nazareth
UBICACIÓN Hogar San José Saramita

SÍNTOMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Se revisa equipo. Se verifica saturación y bpm. El equipo presenta falla en el display

REPUESTOS UTILIZADOS

SIMULADOR

VERIFICÓ

PRUEBAS CON PATRÓN CERTIFICADO

| DATOS PATRÓN | DATOS EQUIPO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

OBSERVACIONES

Ing. Hugo Quiroga
RM 201111-459 INVIMA
MANTENIMIENTO EQUIPOS
BIOMEDICOS CLASE II B Y III

RECIBIDO POR Gerardo Garzón S

ENTREGADO POR

*Dir. Cra. 70D No. 98 A - 05 Int. 9-102 - Cel.. 310 561 75 36 - Bogotá, D.C.*

Escaneado con CamScanner