	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2 Fecha de vigencia 25/11/2020

INFORMACIÓN INSTRUMENTO	
NOMBRE DEL EQUIPO: TENSIÓMETRO	
ÁREA: ENFERMERIA	**UBICACIÓN:** CONSULTORIO
MARCA: LITTLE DOCTOR ELECTRONIC	**MODELO:** LD-578
SERIE: 13578 07141	**FECHA DE INSTALACIÓN:**
PROVEEDOR: LOCATEL	**TEL. PROVEEDOR:**
VOLTAJE:	**CORRIENTE:**
FRECUENCIA:	**POTENCIA:**
MODO DE ADQUISICIÓN: **COMPRA** X **COMODATO** **PRESTAMO** **DONACIÓN**	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
N°	**DESCRIPCIÓN**
1	BRAZALETE DE DOS VÍAS
2	BATERÍA 1.5 VDC
3	
4	


APOYO TÉCNICO	
USO	**CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO**
MEDICO: X	I
BÁSICO:	
APOYO:	

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
DIAGNOSTICO: X	**MANTENIMIENTO DE LA VIDA:**
TRATAMIENTO:	**PREVENCIÓN:**
REHABILITACIÓN:	**ANÁLISIS DE LABORATORIO:**
EQUIPO FIJO:	**EQUIPO MOVIL:** X

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	
MECÁNICA:	**HIDRAULICA:**
ELÉCTRICA:	**NEUMÁTICA:** X
ELECTRÓNICA: X	**AGUA/VAPOR:**
ELECTROMECÁNICA:	**OTROS:**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	**FECHA DADO DE BAJA**	**VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN**
12/12/2020		

Escaneado con CamScanner



DISPOBIOMEDICOS S.A.S.

Soporte y Suministro de Dispositivos Biomédicos S.A.S.
NIT. 900.647.483-6 - RÉGIMEN COMÚN

REPORTE DE SERVICIO

No. ASIGNADO Nº 12510

FECHA: Marzo 26 de 2021
EQUIPO: Tensiometro Digital
MARCA: Little Doctor
MODELO: LD 578
SERIE
No. INV.
INSTITUCIÓN Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
UBICACIÓN Hogar San José Saramita

SÍNTOMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Se revisa equipo, se verifica configuración, se verifica brazalete, se verifica calibración. Se hicieron pruebas. El equipo funciona dentro de rangos apto para su uso

REPUESTOS UTILIZADOS

SIMULADOR

VERIFICÓ

PRUEBAS CON PATRÓN CERTIFICADO

DATOS PATRÓN		DATOS EQUIPO
60	✓	58
100	✓	98
150	✓	147
200	✓	196
	✓	

OBSERVACIONES

Ing. Hugo Quiroga
RH 201111-459 INVIMA
MANTENIMIENTO EQUIPOS
BIOMEDICOS CLASE II B Y III

RECIBIDO POR Geraldin Garzón S. ENTREGADO POR

Dir. Cra. 70D No. 98 A - 05 Int. 9-102 - Cel.. 310 561 75 36 - Bogotá, D.C.

Impreso por: Travel Publicidad Nit. 7332582-5 Cel: 312 380 0954

Escaneado con CamScanner