	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2 Fecha de vigencia 25/11/2020

INFORMACIÓN INSTRUMENTO				
NOMBRE DEL EQUIPO: TENSIÓMETRO				
ÁREA: ENFERMERIA		**UBICACIÓN:** CONSULTORIO		
MARCA: GMD		**MODELO:** ANEROIDES		
SERIE: 18120423		**FECHA DE INSTALACIÓN:**		
PROVEEDOR: LOCATEL		**TEL. PROVEEDOR:**		
VOLTAJE:		**CORRIENTE:**		
FRECUENCIA:		**POTENCIA:**		
MODO DE ADQUISICIÓN:	**COMPRA** X	**COMODATO**	**PRESTAMO**	**DONACIÓN**
OBSERVACIONES:				

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
N°	**DESCRIPCIÓN**
1	BRAZALETE DE DOS VÍAS
2	PERA PARA TENSIÓMETRO
3	
4	

APOYO TÉCNICO	
USO	**CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO**
MEDICO: X	I
BÁSICO:	
APOYO:	

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA			
DIAGNOSTICO:	X	**MANTENIMIENTO DE LA VIDA:**	
TRATAMIENTO:		**PREVENCIÓN:**	
REHABILITACIÓN:		**ANÁLISIS DE LABORATORIO:**	
EQUIPO FIJO:		**EQUIPO MOVIL:**	X

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
MECÁNICA:		**HIDRAULICA:**	
ELÉCTRICA:		**NEUMÁTICA:**	X
ELECTRÓNICA:		**AGUA/VAPOR:**	
ELECTROMECÁNICA:		**OTROS:**	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	**FECHA DADO DE BAJA**	**VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN**
12/12/2020		

Escaneado con CamScanner



DISPOBIOMEDICOS S.A.S.

Soporte y Suministro de Dispositivos Biomédicos S.A.S.
NIT. 900.647.483-6 - RÉGIMEN COMÚN

REPORTE DE SERVICIO

No. ASIGNADO Nº 12506

FECHA: Marzo 26 de 2021
EQUIPO: Tensiometro
MARCA: GMD
MODELO: Aneroides
SERIE 18120423
No. INV.
INSTITUCIÓN Dominicas Hijas de nuestra Sra de Nazareth
UBICACIÓN Hogar San José Saramita

SÍNTOMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ✓ MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Se revisa equipo, se limpia valvula, se cambia brazalete. Se verifica calibración. Se hicieron pruebas. El equipo funciona dentro de rango apto para su uso.

REPUESTOS UTILIZADOS

SIMULADOR

VERIFICÓ

PRUEBAS CON PATRÓN CERTIFICADO

DATOS PATRÓN		DATOS EQUIPO
60	✓	60
80	✓	80
100	✓	100
120	✓	120
140	✓	140

OBSERVACIONES

Ing. Hugo Quiroga
RM 201111-459 INVIMA
MANTENIMIENTO EQUIPOS
BIOMEDICOS CLASE II B Y III

RECIBIDO POR Geraldin Guzmán S. ENTREGADO POR

Dir. Cra. 70D No. 98 A - 05 Int. 9-102 - Cel.. 310 561 75 36 - Bogotá, D.C.

Escaneado con CamScanner