	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: BASCULA DE PISO DIGITAL	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA
MARCA: BBG INDUSTRIES	**MODELO:** INDUSTRY 20
SERIE: 12E190613170	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: BBG COLOMBIA SAS	**TELEFONO PROVEEDOR:** (57)(1) 7457700
VOLTAJE: 110V	**FRECUENCIA:** 60Hz
PESO DEL EQUIPO: 10,5 kg	**DIMENSIONES:** 92 cm Alto, 52 cm largo
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2015-06-01



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Adaptador de corriente 7V DC
2	Tubo Cromado
3	Soporte a pared para indicador
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI X NO	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: PESAJE DE ALIMENTOS	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Masa **UNIDADES:** kg - lb **RANGO DE MEDICIÓN:** 0,5 kg – 150 **DIVISIÓN DE ESCALA:** 0,05 kg **CLASE DE EXACTITUD:** III	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN** Anual, comparación directa contra masas de referencia

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Cargar la batería constantemente, (mínimo 12 horas seguidas)
Evitar derramar líquidos o sustancias en el indicador digital,
Procurar dejar el instrumento en un lugar fijo y área nivelada,

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 20 MINUTOS	FRECUENCIA: 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA Y ADAPTADOR
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA
6	REEMPLAZO DE COMPONENTES O ACCESORIOS, SI ES NECESARIO
7	VERIFICACIÓN CON PATRÓN Y AJUSTE SI ES NECESARIO
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mantenimiento Preventivo	Equipo Funcionando correctamente	
2021-03-26	Calibración	Equipo dentro de parametros Aptos.	

Escaneado con CamScanner

METROLOGÍA Y SERVICIOS METROSER

No. 172003
2021-03-26
Instrumento de pesaje

Certificado de Calibración

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a estándares nacionales o internacionales, que dan cuenta de las unidades de medidas acorde con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realice the unist of measurement according to the International System of Units (SI)

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos de calibración.

The results contained in this certificate refer to the time and conditions which the measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability for damages resulting form improper use of the calibrated instruments.

Descripción: *Description:*	BÁSCULA DIGITAL
Fabricante: *Manufacturer:*	BBG INDUSTRIES
Modelo: *Model:*	INDUSTRY 20
Número de Serie: *Serial Number:*	12E190613170
Número de Identificación: *ID Number:*	NO REPORTA
Solicitante: *Customer:*	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE - SARAMITA
Dirección del Solicitante: *Customer Adress:*	CALLE 22 No. 36A - 25 // COCINA
Ciudad: *City:*	FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Fecha de Recepción: *Reception Date:*	2021-03-26
Fecha de Calibración: *Calibration Date:*	2021-03-26

Adriana Cristina Villalba C.
Técnico de Calibración

Registro: MTS-0012
Revisión Versión 3/2021-02-15

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con una aprobación escrita por parte del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y revisión de calidad no son validos.
This calibration certificate may not be reproduced whole or in part, except by a written approval of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Revisión Calidad


Dir. Carrera 99 B No. 72 - 84 Bogotá D.C. Contacto. 320 4691371 / 319 216 43 62 Email: metrologiayserviciosmetroser@gmail.com

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: BASCULA DE PISO DIGITAL	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA
MARCA: TEK	**MODELO:** TCS PRICE
SERIE: 400227	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: IMPORTADORA CANTON	**TEL. PROVEEDOR:** 3104190750
VOLTAJE: 110V	**FRECUENCIA:** 60Hz
PESO DEL EQUIPO: 7,5 kg	**DIMENSIONES:** 30 cm x 40 cm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2016-06-15



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Adaptador de adaptador 8.5 VDC
2	Protector plastico de indicador
3	
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI **X** NO	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: PESAJE DE ALIMENTOS	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Masa	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN**
UNIDADES: kg - lb	Anual, comparación directa contra masas de referencia
RANGO DE MEDICIÓN: 0,5 kg – 150	
DIVISIÓN DE ESCALA: 0,05 kg	
CLASE DE EXACTITUD: III	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Evitar golpes en del indicador
Cargar la batería continuamente, (12 horas mínimo)
Evitar derramar líquidos o sustancias en el indicador digital,
Procurar dejar el instrumento en un lugar fijo y área nivelada, Código de calibración 8967

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 20 MINUTOS	FRECUENCIA: 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA Y ADAPTADOR
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA
6	REEMPLAZO DE COMPONENTES O ACCESORIOS, SI ES NECESARIO
7	VERIFICACIÓN CON PATRÓN Y AJUSTE SI ES NECESARIO
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mantenimiento Preventivo	Equipo funciona correctamente	
2021-03-26	Calibración	Equipo dentro parametros aptos.	

Escaneado con CamScanner

METROLOGÍA Y SERVICIOS METROSER

No. 172006
2021-03-26
Instrumento de pesaje

Certificado de Calibración

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a estándares nacionales o internacionales, que dan cuenta de las unidades de medidas acorde con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documents the traceability to notional or international standards, which realice the unist of measurement according to the International System of Units (SI)

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos de calibración.

The results contained in this certificate refer to the time and conditions which the measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability for damages resulting form improper use of the calibrated instruments.

Descripción: *Description:*	BÁSCULA DIGITAL
Fabricante: *Manufacturer:*	TEK
Modelo: *Model:*	TCS PRICE
Número de Serie: *Serial Number:*	400227
Número de Identificación: *ID Number:*	NO REPORTA
Solicitante: *Customer:*	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE - SARAMITA
Dirección del Solicitante: *Customer Adress:*	CALLE 22 No. 36A - 25 // TERAPIA OCUPACIONAL
Ciudad: *City:*	FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Fecha de Recepción: *Reception Date:*	2021-03-26
Fecha de Calibración: *Calibration Date:*	2021-03-26

Adriana Cristina Villalba C.
Técnico de Calibración

Registro: MTS-0012
Revisión Versión 3/2021-02-15

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con una aprobación escrita por parte del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y revisión de calidad no son validos.
This calibration certificate may not be reproduced whole or in part, except by a written approval of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.


Revisión Calidad

Dir. Carrera 99 B No. 72 - 84 Bogotá D.C. Contacto. 320 4691371 / 319 216 43 62 Email: metrologiayserviciosmetroser@gmail.com

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: BASCULA DE PISO DIGITAL	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** TERAPIA OCUPACIONAL
MARCA: PESATRONIK	**MODELO:** NO REPORTA
SERIE: 1407230 / 3500059839	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: PESATRONIK SAS	**TEL. PROVEEDOR:** (57) (1) 4081985
VOLTAJE: 110V	**FRECUENCIA:** 60Hz
PESO DEL EQUIPO: 13,5 kg	**DIMENSIONES:** 30 cm x 40 cm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2013-02-15

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Adaptador de adaptador 6 VDC
2	Protector plastico de indicador
3	Rampa para silla de ruedas
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO X	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Masa	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN**
UNIDADES: kg - lb	Anual, comparación directa contra masas de referencia
RANGO DE MEDICIÓN: 0,5 kg – 150	
DIVISIÓN DE ESCALA: 0,1 kg	
CLASE DE EXACTITUD: III	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Evitar golpes en del indicador
Cargar la batería continuamente, (12 horas mínimo)
Evitar derramar líquidos o sustancias en el indicador digital,
Procurar dejar el instrumento en un lugar fijo y área nivelada,

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 20 MINUTOS	FRECUENCIA: 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA Y ADAPTADOR
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA
6	REEMPLAZO DE COMPONENTES O ACCESORIOS, SI ES NECESARIO
7	VERIFICACIÓN CON PATRÓN Y AJUSTE SI ES NECESARIO
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mantenimiento Preventivo	Equipo funcionando correctamente.	
2021-03-26	Calibración	Equipo Dentro de parametros Aptos.	

Escaneado con CamScanner

METROLOGÍA Y SERVICIOS METROSER

No. 172004
2021-03-26
Instrumento de pesaje

Certificado de Calibración

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a estándares nacionales o internacionales, que dan cuenta de las unidades de medidas acorde con el Sistema Internacional de Unidades (*SI*).

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realice the unist of measurement according to the International System of Units (SI)

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos de calibración.

The results contained in this certificate refer to the time and conditions which the measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability for damages resulting form improper use of the calibrated instruments.

Descripción: *Description:*	BÁSCULA DIGITAL
Fabricante: *Manufacturer:*	PESATRONIk
Modelo: *Model:*	NO REPORTA
Número de Serie: *Serial Number:*	1407230 / 3500059839
Número de Identificación: *ID Number:*	NO REPORTA
Solicitante: *Customer:*	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE - SARAMITA
Dirección del Solicitante: *Customer Adress:*	CALLE 22 No. 36A - 25 / COCINA
Ciudad: *City:*	FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Fecha de Recepción: *Reception Date:*	2021-03-26
Fecha de Calibración: *Calibration Date:*	2021-03-26

Adriana Cristina Villalba C.
Técnico de Calibración

Registro: MTS-0012
Revisión Versión 3/2021-02-15

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con una aprobación escrita por parte del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y revisión de calidad no son validos.
This calibration certificate may not be reproduced whole or in part, except by a written approval of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Revisión Calidad


Dir. Carrera 99 B No. 72 - 84 Bogotá D.C. Contacto. 320 4691371 / 319 216 43 62 Email: metrologiayserviciosmetroser@gmail.com

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: GRAMERA DIGITAL	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA
MARCA: IMPERIAL	**MODELO:** KE6
SERIE: 8712442638940	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: ZEUS EQUIPOS INDUSTRIALES	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** 3167249899
VOLTAJE: 3 V DC	**FRECUENCIA:**
PESO DEL EQUIPO: 500 g	**DIMENSIONES:** 15 cm x 21 cm x 6 cm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2019-03-21



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	(2) Bateria AAA Alcalina
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO X	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: PESAJE DE ALIMENTOS	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Masa **UNIDADES:** kg - lb - Oz **RANGO DE MEDICIÓN:** 1 g – 5kg **DIVISIÓN DE ESCALA:** 1 g **CLASE DE EXACTITUD:** III	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN** Anual, comparación directa contra masas de referencia

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Evitar dejar cargas constantes sobre el plato
Evitar golpes que puedar afectar el plato de vidrio
Procurar dejar el instrumento en un lugar fijo y área nivelada para pesar

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 15 MINUTOS	FRECUENCIA: 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA, REEMPLAZAR SI ES NECESARIO
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA
6	VERIFICACIÓN CON PATRÓN Y AJUSTE SI ES NECESARIO
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-05-26	MantenimientoPrevertivo	Equipo Funcionando Correctamente.	
2021-03-26	Calibración	Equipo dentro de parámetros Aptos.	

Escaneado con CamScanner

METROLOGÍA Y SERVICIOS METROSER

No. 172007
2021-03-26
Instrumento de pesaje

Certificado de Calibración

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a estándares nacionales o internacionales, que dan cuenta de las unidades de medidas acorde con el Sistema Internacional de Unidades (*SI*).

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realice the unist of measurement according to the International System of Units (SI)

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos de calibración.

The results contained in this certificate refer to the time and conditions which the measurements were made. The issuing laboratory assumes no responsability for damages resulting form improper use of the calibrated instruments.

Descripción: *Description:*	GRAMERA DIGITAL
Fabricante: *Manufacturer:*	IMPERIAL
Modelo: *Model:*	KE6
Número de Serie: *Serial Number:*	8712442638940
Número de Identificación: *ID Number:*	NO REPORTA
Solicitante: *Customer:*	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE - SARAMITA
Dirección del Solicitante: *Customer Adress:*	CALLE 22 No. 36A - 25 // COCINA
Ciudad: *City:*	FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Fecha de Recepción: *Reception Date:*	2021-03-26
Fecha de Calibración: *Calibration Date:*	2021-03-26

Adriana Cristina Villalba C.
Técnico de Calibración

Registro: MTS-0012
Revisión Versión 3/2021-02-15

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con una aprobación escrita por parte del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y revisión de calidad no son validos.
This calibration certificate may not be reproduced whole or in part, except by a written approval of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Revisión Calidad

Dir. Carrera 99 B No. 72 - 84 Bogotá D.C. Contacto. 320 4691371 / 319 216 43 62 Email: metrologiayserviciosmetroser@gmail.com

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SENSOR EXTERNO	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA / CONGELADOR
MARCA: KTJ	**MODELO:** TA 318
SERIE: TH 202011252	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: SEPI	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** (571) 3750302
VOLTAJE: 1.5 V DC	**FRECUENCIA:**
PESO DEL EQUIPO:	**DIMENSIONES:** 125mm x 70mm x 18mm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2021-02-15



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Batería AAA Alcalina
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO X	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: CONGELADOR ALIMENTOS	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Temperatura / Humedad			**INTERVALO DE CALIBRACIÓN**
UNIDADES: °C - °F - %Hr			
RANGOS DE MEDICIÓN:	Temperatura Ambiente (In)	0 °C a 50 °C	Anual, comparación directa con patrón de referencia
	Temperatura Sensor externo (Out)	(-50°C a 70°C)	
	Humedad Relativa Ambiente Hr	25 % a 98 %	
RESOLUCIÓN: 0,1°C / 1%Hr			
EXACTITUD: (+/- 0,1°C // +/- 5 %Hr)			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Instalar el sensor externo con precaución para evitar fisuras que afecten la medición

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 15 MINUTOS	FRECUENCIA: 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA, REEMPLAZAR SI ES NECESARIO
	VERIFICACIÓN CON PATRÓN REFERENCIA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mantenimiento Preventivo	Limpieza, verificación, Equipo OK	
2021-03-26	Calibración Sensor °C	Equipo Apto para usar.	

Escaneado con CamScanner

METROLOGÍA Y SERVICIOS METROSER

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration

No. 172009

INFORMACIÓN DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE - SARAMITA		
DIRECCIÓN Address	CALLE 22 No. 36A - 25	**FECHA DE CALIBRACIÓN** Date of Calibratión	2021-03-26
CIUDAD City	FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA	**FECHA DE EMISIÓN** Date of Issuance	2021-03-28

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO / Instrument Information

INSTRUMENTO Instrument	TERMÓMETRO CON SENSOR EXTERNO
FABRICANTE Manufacturer	JKT
MODELO Model	TA 318
NÚMERO SERIAL Serial Number	TH 202011252
CÓDIGO Code	NO REPORTA
RANGO DE MEDICIÓN Measurement Range	-50°C a 70°C
RESOLUCIÓN Resolution	0,1°C
UBICACIÓN Location	COCINA // CONGELADOR

CONDICIONES AMBIENTALES / Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE Room Temperature	24,6 ºC
HUMEDAD RELATIVA Humidity Relative	56 %Hr
SITIO DE MEDICIÓN Measurement Site	COCINA

Realizado por
Realized by

ADRIANA CRISTINA VILLALBA C.
TECNICO DE CALIBRACION

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZÓN DIGITAL	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA
MARCA: NO REPORTA	**MODELO:** TP 101
SERIE: NO REPORTA	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: ZEUS EQUIPOS INDUSTRIALES	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** 3167249899
VOLTAJE: 1.5 V DC	**FRECUENCIA:** NO APLICA
PESO DEL EQUIPO: 75g	**DIMENSIONES:** 23 cm x 2 cm x 2 cm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2019-02-15



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Batería AG13 1.5 V
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO X	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: PREPARACIONES CALIENTES	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Temperatura **UNIDADES:** °C - °F **RANGOS DE MEDICIÓN:** -50° C a 300° C / -58 ° F-572 ° F **RESOLUCIÓN:** 0,1°C / 0.10⁴ F **EXACTITUD:** (+/- 1°C // +/- 2°F)	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN** Anual, comparación directa contra patrón de referencia

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Evitar golpes y/o caidas

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	**TIEMPO DE EJECUCIÓN :** 15 MINUTOS	**FRECUENCIA:** 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA, REEMPLAZAR SI ES NECESARIO
	VERIFICACIÓN CON PATRÓN REFERENCIA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN


FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mto. Preventivo	Limpieza, Verificación, Equipo OK	
2021-03-26	Calibración Sensor °C	Equipo dentro de parámetros Aptos.	

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZÓN	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA
MARCA: SPARTSNET	**MODELO:** DIGITAL
SERIE: 1	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: PARTSNET SAS	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** (57)1 2234310
VOLTAJE: 1.5 V DC	**FRECUENCIA:** NO APLICA
PESO DEL EQUIPO: 75g	**DIMENSIONES:** 23 cm x 2 cm x 2 cm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2019-06-01



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Batería AG13 1.5 V
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO X	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: MEDICIONES ALIMENTOS (FRIO)	Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Temperatura **UNIDADES:** °C - °F **RANGOS DE MEDICIÓN:** -50° C a 300° C / -58 ° F-572 ° F **RESOLUCIÓN:** 0,1°C / 0.10° F **EXACTITUD:** (+/- 1°C // +/- 2°F)	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN** Anual, comparación directa contra patrón de referencia

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Evitar golpes y/o caídas

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 15 MINUTOS	FRECUENCIA:	4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	
1	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
4	VERIFICACIÓN DE BATERIA, REEMPLAZAR SI ES NECESARIO
	VERIFICACIÓN CON PATRÓN REFERENCIA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN


FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mto Preventivo	Verificación, limpieza, Equipo OK	
2021-03-26	Calibración	Equipo dentro de parámetros Aptos.	

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO: TERMOMETRO DE PUNZÓN	
ÁREA: NUTRICIÓN	**UBICACIÓN:** COCINA
MARCA: SPARTSNET	**MODELO:** DIGITAL
SERIE: 2	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA
PROVEEDOR: PARTSNET SAS	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** (57)1 2234310
VOLTAJE: 1.5 V DC	**FRECUENCIA:** NO APLICA
PESO DEL EQUIPO: 75g	**DIMENSIONES:** 23 cm x 2 cm x 2 cm
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2019-06-01



EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCIÓN
1	Bateria AG13 1.5 V
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO

MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO X **APLICACIÓN:** MEDICIONES ALIMENTOS (FRIO)	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO** Cada 4 meses

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

MAGNITUD A MEDIR: Temperatura **UNIDADES:** °C - °F **RANGOS DE MEDICIÓN:** -50° C a 300° C / -58 ° F-572 ° F **RESOLUCIÓN:** 0,1°C / 0.10° F **EXACTITUD:** (+/- 1°C // +/- 2°F)	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN** Anual, comparación directa contra patrón de referencia

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Evitar golpes y/o caidas

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
2021-04-08		

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	TIEMPO DE EJECUCIÓN : 15 MINUTOS	FRECUENCIA: 4 MESES

TAREAS ASOCIADAS

N°	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
2	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO
3	VERIFICACIÓN DE BATERIA, REEMPLAZAR SI ES NECESARIO
4	VERIFICACIÓN CON PATRÓN REFERENCIA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2021-03-26	Mto. Preventivo	limpieza, verificación, Equipo OK	
2021-03-26	Calibración	Equipo Dentro de Parámetros aptos.	

Escaneado con CamScanner

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL EQUIPO: TALLIMETRO EN ACRILICO		
ÁREA: ENFERMERIA	**UBICACIÓN:** CONSULTORIO	
MARCA: KRAMER	**MODELO:** 2104 ADULTO	
SERIE: NO REPORTA	**CODIGO INTERNO:** NO REPORTA	
PROVEEDOR: VID SAS	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** 316 6186775	
VOLTAJE: NO APLICA	**FRECUENCIA:** NO APLICA	
PESO DEL EQUIPO: 1 kg	**DIMENSIONES:** 202 cm × 7,8 cm × 0,6 cm	
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA	**FECHA DE INSTALACIÓN:** 2021-09-15	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
N°	**DESCRIPCIÓN**
1	CHAZOS
2	TORNILLOS
3	
4	

APOYO TÉCNICO	
MANUAL DE OPERACIÓN : SI NO **X**	**INTERVALO DE MANTENIMIENTO**
APLICACIÓN: MEDICIÓN ESTATURA DE PERSONAS	ANUAL

CARACTERISTICAS METROLOGICAS	
MAGNITUD A MEDIR: LONGITUD **UNIDADES:** °C - °F **RANGOS DE MEDICIÓN:** 0 cm - 200 cm **RESOLUCIÓN:** 1 cm - pulgadas **EXACTITUD:** N.A	**CLASIFICACIÓN BIOMEDICA** I

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Debido a su estructura y fijación en la pared y piso, no debe ser removido salvo que no se encuentre firme sobre la pared. Debe ser colocado en un lugar iluminado que permita la lectura con facilidad, que no obstruya el movimiento del personal.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	**FECHA DADO DE BAJA**	**VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN**
2021-04-08		

ACTIVIDADES SISTEMATICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS		
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
COD:	**TIEMPO DE EJECUCIÓN : 5** MINUTOS	**FRECUENCIA:** ANUAL

TAREAS ASOCIADAS	
N°	REVISIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
1	VERIFICAR SUJETADORES A LA PARED, FIRMES
2	ESTABILIDAD DEL TALLIMETRO
3	LIMPIEZA
4	

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN			
FECHA	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**