HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: BASCULA DE PISO DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	LAS BALANZAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR Y MEDIR CANTIDADES DE LA MASA CORPORAL.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: DISCOVER		**MODELO:** EB9003-31P	
SERIE:	N/A	**INVENTARIO:**	EQM083
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C / N/A
FIJO	MOVIL		

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA		COMODATO		ALQUILER		OTRO:
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	10 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	N/A
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** N/A
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	PILA 3V			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	60 Hz	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	2 kg

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO	PARTES
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA								
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO										
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	ANUAL							
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral												

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 25241-270507 STD
INV. RM. 2014 09 451

REPORTE DE SERVICIO 3083

CIUDAD:	FUSAGASUGA
ENTIDAD:	HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	2	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Basculo de piso D.	MODELO:	EB9003-3I9
MARCA:	Discover	INVENTARIO:	EAM083
SERIE:	SIS	UBICACIÓN:	enfermeria

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA	X	MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

se aplica anticorrosivo, equipo se encuentra apto para su uso en el servicio

[X] EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO [ ] EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedica • TP 25241-270507 STD
INV RM. 2014 09 451

REALIZO

RECIBE