HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: FONENDOSCOPIO SENCILLO	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	FONENDOSCOPIO EQUIIPO QUE DISPONE DE UNA MEMBRANA CIRCULAR QUE SE PONE SOBRE EL PECHO O LA ESPALDA DEL PACIENTE Y TRANSMITE EL SONIDO AL AIRE QUE HAY EN LA CÁPSULA CÓNICA EN LA QUE VA MONTADA; LA CÁPSULA CONCENTRA EL SONIDO CARDIACO O RESPIRATORIO DE FORMA QUE SEA MEJOR ESCUCHADO.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

MARCA:	NACIONAL	**MODELO:**	ADULTO
SERIE:	N/A	**INVENTARIO:**	EQM049
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C	N/A ■
FIJO		MOVIL ■	

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
OLIVAS	N/A	N/A	N/A
MEMBRANA	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

FORMA DE ADQUISICION:	COMPRA DIRECTA ■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:	
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTIA**	N/A		
F. FABRICACION	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA UTIL**	3 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	N/A
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELEFONO N/A	**TELEFONO** N/A	**TELEFONO** N/A
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** N/A

4. REGISTRO TECNICO

TECNOLOGIA PREDOMINANTE	ELECTRICO		MECANICO		HIDRAULICO		OPTICO		ELECTROMECANICO		
	ELECTRONICO		ACUSTICO	■	VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACION	ELECTRICA		AGUA		GAS		HIDRAULICA		DERIV. PETROLEO		
	MECANICA		AIRE		VAPOR		OTRO: Manual				

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	N/A	**PRESION:**	N/A
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	151 g

5. APOYO TECNICO

RIESGO	I ■	IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACION		MANTENIMIENTO		PARTES
CLASIFICACION BIOMEDICA	DIAGNOSTICO ■		REHABILITACION			TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA							
	PREVENCION		ANALISIS DE LABORATORIO										
CALIBRACION	**SI**		**NO** ■	**PERIOCIDAD DE CALIBRACION**		N/A							
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral												

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
INGENIERA BIOMEDICA • TP 0[illegible]
INV RH-201[illegible]

REPORTE DE SERVICIO 3050

CIUDAD:	FUSAGASUGA
ENTIDAD:	HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	2	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Fonendoscopio Sencillo	MODELO:	ADULTO
MARCA:	Nacional	INVENTARIO:	EQM049
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	enfermeria

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO		LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES	X	CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS	X	REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio

X EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO ☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedica • TP 0[illegible]
INV RH-201[illegible]

REALIZO

RECIBE