HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO BIOMÉDICO QUE MIDE, RECOGE Y MUESTRA INFORMACIÓN DE LA CANTIDAD DE OXIGENO PRESENTE EN LA SANGRE, PULSACIONES POR MINUTO.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: CHOICEMMED		**MODELO:** MD300C29	
SERIE:	202769912275	**INVENTARIO:**	EQM056
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C / N/A
FIJO / MOVIL			

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
CORDON DE SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A
FUNDA PLASTICA	N/A	MD300C29	N/A
ESTUCHE	N/A	TELA	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA		COMODATO		ALQUILER		OTRO:
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	JULIO DE 2020	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	5 AÑOS		

PROVEEDOR		TITULAR		FABRICANTE	
N/A		Ortopedicos Disalud S.AS		Beijing Choice Electronic Techology Co., Ltd	
EMAIL	N/A	**EMAIL**	admin@ortopedicosdisalud.com	**EMAIL**	market@choicemmed.com
TELÉFONO	N/A	**TELÉFONO**	6017462313	**TELÉFONO**	+86-10-88204629
UBICACIÓN	N/A	**UBICACIÓN**	Bogotá- Colombia	**UBICACIÓN**	China

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO		ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	BATERIA "AA" 2X1.5V			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	5-40 °C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	15-90%	**PESO:**	50 g

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES	
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO												
CALIBRACIÓN	**SI**		**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	Anual									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral														

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
INGENIERIA BIOMEDICA - TP 0225-27[illegible] STD
INVIMA RH-2014094-451

REPORTE DE SERVICIO 3057

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	2	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Otometro de piso
MARCA: Engelmed
SERIE: 202769912275
MODELO: MD300C29
INVENTARIO: EQM056
UBICACIÓN: Enfermeria

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2	X	VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedica - TP 0225-27[illegible] STD
INV RH-2014094-451

REALIZO

RECIBE

CL 8 # 11-01 FUNZA – CUNDINAMARCA CEL: 3165738176/3232311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com