HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO BIOMÉDICO QUE MIDE, RECOGE Y MUESTRA INFORMACIÓN DE LA CANTIDAD DE OXIGENO PRESENTE EN LA SANGRE, PULSACIONES POR MINUTO.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA: CHOICEMMED		**MODELO:** MD300C29	
SERIE:	202769914828	**INVENTARIO:**	EQM021
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C / N/A
FIJO	MOVIL ■		

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
CORDON DE SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A
FUNDA PLASTICA	N/A	MD300C29	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:	
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	JULIO DE 2020	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	5 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	Ortopedicos Disalud S.AS	Beijing Choice Electronic Techology Co., Ltd
EMAIL N/A	**EMAIL** admin@ortopedicosdisalud.com	**EMAIL** market@choicemmed.com
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** 6017462313	**TELÉFONO** +86-10-88204629
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** Bogotá- Colombia	**UBICACIÓN** China

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		MECÁNICO		HIDRÁULICO		ÓPTICO		ELECTROMECÁNICO		
	ELECTRÓNICO	■	ACÚSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA		AGUA		GAS		HIDRÁULICA		DERIV. PETRÓLEO		
	MECÁNICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	BATERIA "AA" 2X1.5V			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	5-40 °C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	3V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	15-90%	**PESO:**	50 g

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I		IIA ■		IIB		III		**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO ■		REHABILITACIÓN		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA									
	PREVENCIÓN		ANÁLISIS DE LABORATORIO											
CALIBRACIÓN	**SI** ■		**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	Anual								
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral													

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
INGENIERO BIOMEDICO • TP. 052-33-276527 STD
INVIMA RH-201408-451

REPORTE DE SERVICIO 3056

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	2	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO
MODELO: MD300C29
MARCA: CHOICEMMED
INVENTARIO: EQM055
SERIE: 202769913058
UBICACIÓN: ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2	X	VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU USO EN EL SERVICIO

[X] EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO [ ] EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomedico • TP. 052-276527 STD
INVIMA RH-201408-451

REALIZO

RECIBE