HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	INSTRUMENTO MEDICO USADO PARA LA MEDION DE LA PRESION ARTERIAL, MEDIANTE EL INSUFLADO DE UNA BOMBA.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

MARCA: HOSPITAL & HOMECARE		**MODELO:** MA1	
SERIE:	N/A	**INVENTARIO:**	EQM053
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C / N/A
FIJO	MOVIL		

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
BRAZALETE	HOSPITAL&HOMECARE	ADULTO	N/A
MANOMETRO	HOSPITAL&HOMECARE	N/A	N/A
PERA CON VALVULA	HOSPITAL&HOMECARE	N/A	N/A
ESTUCHE	HOSPITAL&HOMECARE	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICION

FORMA DE ADQUISICION:	COMPRA DIRECTA		COMODATO		ALQUILER		OTRO:
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTIA**	N/A		
F. FABRICACION	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA UTIL**	3 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	Hospital & Homecare Imp. & Exp. Co., Ltd.
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** info@aline-medical.com
TELEFONO N/A	**TELEFONO** N/A	**TELEFONO** +86 25 87783283
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** China

4. REGISTRO TECNICO

TECNOLOGIA PREDOMINANTE	ELECTRICO		MECANICO		HIDRAULICO		OPTICO		ELECTROMECANICO		
	ELECTRONICO		ACUSTICO		VAPOR		SOLAR		OTRO:	Neumatico	
FUENTE DE ALIMENTACION	ELECTRICA		AGUA		GAS		HIDRAULICA		DERIV. PETROLEO		
	MECANICA		AIRE		VAPOR		OTRO:	Manual			

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	5-50 °C	**PRESION:**	0-300 mmhg
VOLTAJE DC:	N/A	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	20-80%	**PESO:**	140 g

5. APOYO TECNICO

RIESGO	I		IIA		IIB		III		**MANUAL**	OPERACION		MANTENIMIENTO	PARTES
CLASIFICACION BIOMEDICA	DIAGNOSTICO		REHABILITACION		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA								
	PREVENCION		ANALISIS DE LABORATORIO										
CALIBRACION	**SI**		**NO**		**PERIOCIDAD DE CALIBRACION**	Anual							
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral												

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP 0[illegible] STD
INV. RH-201909-451

REPORTE DE SERVICIO 3054

CIUDAD:	FUSAGASUGA
ENTIDAD:	HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	2	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TENSIOMETRO ANEROIDE	MODELO:	MA1
MARCA:	HOSPITAL & HOMECARE	INVENTARIO:	EQM053
SERIE:	515	UBICACIÓN:	enfermeria

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	X
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP	X	VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO		LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES	X	CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS	X	REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU USO EN EL SERVICIO

X EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedica • TP 0[illegible] STD
INV. RH-201909-451

REALIZO

RECIBE