# HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

| EQUIPO: TENSIÓMETRO DIGITAL | PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO |
|---|---|
|  | INSTRUMENTO MEDICO USADO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL, MEDIANTE EL INSUFLADO DE UNA BOMBA. |

## 1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MARCA:** LORD | | **MODELO:** LD-578 | |
| **SERIE:** | 1357807141 | **INVENTARIO:** | EQM057 |
| **TIPO DE EQUIPO:** | | R.S | P.C / N/A |
| FIJO | MOVIL | | |

## 2. COMPONENTES

| NOMBRE | MARCA | MODELO | SERIE |
|---|---|---|---|
| BRAZALETE | LORD | ADULTO | N/A |
| ADAPTADOR AC/DC | LORD | N/A | N/A |
| ESTUCHE | LORD | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3. DATOS DE ADQUISICIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE ADQUISICIÓN:** | COMPRA DIRECTA | | COMODATO | | ALQUILER | | OTRO: |
| **DOCUMENTO** | N/A | **FECHA DE COMPRA** | N/A | **F. VENC. GARANTÍA** | N/A | | |
| **F. FABRICACIÓN** | N/A | **COSTO** | N/A | **VIDA ÚTIL** | 3 AÑOS | | |

| PROVEEDOR | TITULAR | FABRICANTE |
|---|---|---|
| N/A | N/A | Little Doctor Electronic (Nantong) |
| **EMAIL** N/A | **EMAIL** N/A | **EMAIL** N/A |
| **TELÉFONO** N/A | **TELÉFONO** N/A | **TELÉFONO** N/A |
| **UBICACIÓN** N/A | **UBICACIÓN** N/A | **UBICACIÓN** China |

## 4. REGISTRO TÉCNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TECNOLOGÍA PREDOMINANTE** | ELÉCTRICO | | MECÁNICO | | HIDRÁULICO | | ÓPTICO | | ELECTROMECÁNICO | | |
| | ELECTRÓNICO | | ACÚSTICO | | VAPOR | | SOLAR | | OTRO: | Neumático | |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | ELÉCTRICA | | AGUA | | GAS | | HIDRÁULICA | | DERIV. PETRÓLEO | | |
| | MECÁNICA | | AIRE | | VAPOR | | OTRO: | Baterías 1,5V x 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLTAJE AC:** | N/A | **POTENCIA:** | N/A | **FRECUENCIA:** | 60Hz | **TEMPERATURA:** | 10-40 °C | **PRESIÓN:** | 0-300 mmhg |
| **VOLTAJE DC:** | 6V | **CORRIENTE:** | N/A | **VELOCIDAD:** | N/A | **HUMEDAD:** | 30-85% | **PESO:** | 310 g |

## 5. APOYO TÉCNICO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIESGO** | I | | IIA | | IIB | | III | | **MANUAL** | OPERACIÓN | | MANTENIMIENTO | PARTES |
| **CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA** | DIAGNOSTICO | | REHABILITACIÓN | | TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | | | | | | | | |
| | PREVENCIÓN | | ANÁLISIS DE LABORATORIO | | | | | | | | | | |
| **CALIBRACIÓN** | **SI** | | **NO** | | **PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN** | Anual | | | | | | | |
| **PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO** | Trimestral | | | | | | | | | | | | |

**ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA**

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA - TP. 08241-270307 STD
INV. RH-201408-451

REPORTE DE SERVICIO 3019

CIUDAD: FUSAGASUGA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 5 | 2 | 2022 |

## DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO DIGITAL
MODELO: LD-578
MARCA: LOID
INVENTARIO: EQM057
SERIE: 135780741
UBICACIÓN: enfermeria

## TIPO DE SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | X | VISITA CORTESIA | | TRASLADO DE EQUIPO | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | ACTUALIZACION | | INSTALACION/ENTREGA | |
| GARANTIA | | CAPACITACION | | | |

## TRABAJOS REALIZADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICACION ECG | | VERIFICACION IMPRESIÓN | | PRUEBA DE FUGAS | X |
| VERIFICACION SPO2 | | VERIFICAION TRADUCTORES | | PRUEBA SIMULADOR | |
| VERIFICACION NIBP | X | VERIFICACION KVA Y MAS | | PRESION TEMPERATURA | |
| VERIFICACION TEMPERATURA | | VERIFICACION TECLADO | X | LUBRICACION | |
| VERIFICAICON AIRE/SKIN | | VERIFICACION CONECTORES | | CALIBRACION | |
| VERIFICACION CARGA Y DESCARGA | | VERIFICACION ACCESORIOS | X | REPARACION | |
| VERIFICACION RED ELECTRICA | X | MANTENIMIENTO NEUMATICO | | INSPECCION FISICA | X |
| VERIFICACION CON BATERIA | X | MANTENIMIENTO ELECTRICO | | LIMPIEZA GENERAL | X |
| VERIFICACION PALETAS | | MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO | | AJUSTES | |
| VERIFICACION CO2 | | MANTENIMIENTO GENERAL | | TEST DE FUNCIONAMIENTO | X |

| REPUESTOS INSTALADOS | | REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CANT. | DESCRIPCION | CANT. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU USO EN EL SERVICIO

[X] EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO [ ] EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedica • TP. 08241-270307 STD
INV RH-201408-451

REALIZO

RECIBE

CL 8 # 11-01 FUNZA – CUNDINAMARCA CEL: 3165738176/3232311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com