HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: TERMOMETRO DE MAX Y MIN	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	EQUIPO QUE MIDE LA DETERMINACIÓN CONJUNTA DE LA TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA DE REFRIGERACION.

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	ALLA FRANCE	**MODELO:**	91000-009/A
SERIE:	210410-02232	**INVENTARIO:**	EQM066
TIPO DE EQUIPO:		R.S	P.C N/A ■
FIJO	MOVIL ■		

2. COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
SENSOR	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. DATOS DE ADQUISICIÓN

FORMA DE ADQUISICIÓN:	COMPRA DIRECTA ■	COMODATO		ALQUILER		OTRO:	
DOCUMENTO	N/A	**FECHA DE COMPRA**	N/A	**F. VENC. GARANTÍA**	N/A		
F. FABRICACIÓN	N/A	**COSTO**	N/A	**VIDA ÚTIL**	10 AÑOS		

PROVEEDOR	TITULAR	FABRICANTE
N/A	N/A	N/A
EMAIL N/A	**EMAIL** N/A	**EMAIL** N/A
TELÉFONO N/A	**TELÉFONO** N/A	**TELÉFONO** N/A
UBICACIÓN N/A	**UBICACIÓN** N/A	**UBICACIÓN** N/A

4. REGISTRO TÉCNICO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO ■	MECÁNICO	HIDRÁULICO	ÓPTICO	ELECTROMECÁNICO						
	ELECTRÓNICO	ACÚSTICO	VAPOR	SOLAR	OTRO:						
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	AGUA	GAS	HIDRÁULICA	DERIV. PETRÓLEO						
	MECÁNICA	AIRE	VAPOR	OTRO: BATERIA AAA 1,5V							

VOLTAJE AC:	N/A	**POTENCIA:**	N/A	**FRECUENCIA:**	N/A	**TEMPERATURA:**	-50/70°C	**PRESIÓN:**	N/A
VOLTAJE DC:	1,5V	**CORRIENTE:**	N/A	**VELOCIDAD:**	N/A	**HUMEDAD:**	N/A	**PESO:**	10g

5. APOYO TÉCNICO

RIESGO	I ■	IIA	IIB	III	**MANUAL**	OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		PARTES			
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	DIAGNOSTICO ■	REHABILITACIÓN	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA										
	PREVENCIÓN	ANÁLISIS DE LABORATORIO											
CALIBRACIÓN	**SI** ■	**NO**	**PERIOCIDAD DE CALIBRACIÓN**	ANUAL									
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	Trimestral												

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMÉDICA

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP [illegible] STD
INV RH-201909-451

REPORTE DE SERVICIO 3066

CIUDAD:	FUSAGASUGA
ENTIDAD:	HOGAR SAN JOSE SARAMITA PARA EL ANCIANO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	2	2022

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	termometro mat y mun	MODELO:	Digital
MARCA:	Fiedge/Cleezel	INVENTARIO:	EQM066
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	Regencia

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA	X	VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS	X	REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

se realiza ajuste en la sonda, equipo apto para su uso en el servicio

[X] EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO [ ] EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedico • TP [illegible] STD
INV RH-201909-451

REALIZO

RECIBE