FICHA TÉCNICA
SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE – TOALLITAS
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	**Barrera Cutánea No Irritante**
Nombre Comercial	**Sensi-Care™ Barrera Cutánea No Irritante Toallitas**
Descripción	Los adhesivos pueden dejar la piel vulnerable a una serie de cuestiones: Dolor y ardor, peladuras en la piel, irritación y enrojecimiento y acumulación de residuos. Nuestra línea de no irritante Sensi-Care®, incluye eliminadores (liberadores y removedores) de adhesivos, y barreras para la piel diseñados para protegerla. Los productos Sensi-Care™ Barrera Cutánea No irritante en Toallitas – Protector de Piel, han sido diseñados para crear una barrera transpirable, que protege la piel del daño causado por los adhesivos, los desechos del cuerpo y la fricción. Son ideales para el uso diario: no acumulan residuos o se adhieren a los pliegues de la piel. La protección de la piel continúa hasta por 72 horas.
Marca	Sensi-Care™
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composición del Producto	• Disiloxano • Ciclopentasiloxano • Silica Trimetilada • Toalla elaborada en viscosa / poliéster grado médico
Características y Acciones del Producto	• Por evaporación deja una barrera de la piel de resina de silicona de alto peso molecular • Proporciona una barrera protectora impermeable para proteger la piel de los exudados corporales. • Secado rápido. • Deja una sensación suave y sedosa y listo para las próximos aplicaciones / vendajes de piel • La formulación Silesse ™ no se acumula en capas. • No irritante en la aplicación para la piel. • Hipoalergénica. • No es grasosa.
Usos	Sensi-Care™ Barrera Cutánea No Irritante Se usa para la protección de la piel de los efectos dañinos de los desechos del cuerpo, enzimas y adhesivos.
Recomendaciones de Uso	• Lavar y secar minuciosamente la piel • Rasgar el sobrecito para abrirlo y desplegar la toallita. • Pasar esta suavemente por la zona que se desea proteger y esperar unos segundos hasta que seque.
Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0011448
Presentaciones:	Caja x 30 Toallitas o pañitos

VEYA HEALTH GROUP S.A.S.

Boston Medical Devices Colombia Ltda.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA PRODUCTO TERMINADO



CÓDIGO DE VENTA
420794

NOMBRE COMERCIAL
Sensi-Care™ Barrera Cutánea No Irritante ï Aplicador de Espuma

NOMBRE GENÉRICO
Barrera Cutánea No Irritante

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Caja x 25 aplicadores de 1 ml

REGISTRO SANITARIO
INVIMA 2014DM-0011449

MODALIDAD DEL REGISTRO
Importar y Vender

VIGENCIA DEL REGISTRO
25 de julio de 2024

VEYALTHI GROUP S.A.S.

COMPOSICIÓN
Disiloxano, ciclopentasiloxano y sílica trimetilada. Aplicador elaborado en espuma de poliuretano (hisopo) y polipropileno (mango)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO
I

TITULAR DEL REGISTRO
Boston Medical Devices Colombia Ltda.

DOMICILIO
Bogotá D.C.

FABRICANTE:
ConvaTec Limited con domicilio en Reino Unido.

IMPORTADOR
Boston Medical Devices Colombia Ltda. con Domicilio en Calle 76 No. 11-17 Bogota D.C.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO
2 años

EXPEDIENTE EN EL INVIMA
20078193

TIPO DE DISPOSITIVO MÉDICO
No invasivo

CONDICIONES ESPECIALES DE USO
Las requeridas para los productos ConvaTec

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperaturas por debajo de los 50ºC. Proteger de los rayos solares.

EMPAQUE PRIMARIO
Bolsa o sachet de tereftalato de polietileno, aluminio y polietileno.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE PRIMARIO
Profundidad: 0.5 cm; Ancho: 6.5 cm; Alto: 14 cm

EMPAQUE SECUNDARIO
Caja plegadiza de cartulina

VEYALTHI GROUP S.A.S.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE SECUNDARIO
Profundidad: 6.5 cm; Ancho: 16 cm; Alto: 14 cm

PESO DE LA UNIDAD DE VENTA
100 g
EMBALAJE
Caja corrugada x 4 unidades

DIMENSIONES DEL EMBALAJE
Profundidad: 14 cm; Ancho: 33 cm; Alto: 15 cm

PESO DEL EMBALAJE
500 g

CÓDIGO DE BARRA DE LA UNIDAD DE VENTA
768455129782

CÓDIGO DE BARRA DEL EMBALAJE
1076845512977

VEYALTHI GROUP S.A.S.

PROSPERIDAD PARA TODOS

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014017693 DE 11 de Junio de 2014
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - SENSI-CARE™
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2014DM-0011448 VIGENTE HASTA: 25 JUL 2024
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	CONVATEC LIMITED CON DOMICILIO EN REINO UNIDO
IMPORTADOR(ES):	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I
COMPOSICIÓN:	SENSI–CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTETOALLITAS O PAÑITOS (SENSI–CARE™ STING FREE SKIN BARRIER WIPES) DISILOXANO CICLOPENTASILOXANO Y SILICA TRIMETILADA TOALLA ELABORADA EN VISCOSA/POLIÉSTER GRADO MEDICO SENSI–CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE SPRAY EN LATA (SENSI–CARE™STING FREE SKIN BARRIER) DISILOXANO CICLOPENTASILOXANO Y SILICA TRIMETILADA
USOS:	SE USAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL DE LOS EFECTOS DAÑINOS DE LOS DESECHOS DEL CUERPO, ENZIMAS Y ADHESIVOS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	SENSI–CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS O PAÑITOS (SENSI–CARE™ STING FREE SKIN BARRIER WIPES) CAJA X 30 TOALLITAS O PAÑITOS DE 16CM X 12CM (3 ML) SENSI–CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE SPRAY EN LATA (SENSI–CARE™STING FREE SKIN BARRIER) CAJA X 1 LATA DE 50 ML
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: SENSI–CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS O PAÑITOS (SENSI–CARE™ STING FREE SKIN BARRIER WIPES) 413501 SENSI–CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE SPRAY EN LATA (SENSI–CARE™STING FREE SKIN BARRIER) 413502
VIDA ÚTIL:	4 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20078194
RADICACIÓN NO.:	2014069511
FECHA DE RADICACIÓN:	10 06 2014

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.-LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 11 DE JUNIO DE 2014

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNÁN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

VoBo Técnico:
VoBo Legal:
Aprobó:

VEYA THGOUP S.A.S.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015017920 DE 8 de Mayo de 2015

Por la cual se informa el Levantamiento de Suspensión de un Registro Sanitario

EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20078194 **RADICACIÓN:** 2014069511

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2014017693 de fecha 11 de Junio de 2014, el INVIMA concedió registro sanitario número INVIMA 2014DM-0011448 para el producto SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - SENSI-CARE™, a favor de BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA .

Que mediante Auto No. 2014008305 de fecha 10 de Septiembre de 2014, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con el siguiente requerimiento:

> *"1. Allegar la información científica referente a la seguridad del dispositivo médico en especifico las pruebas de biocompatibilidad, que describan el método, la interpretación de resultados, los valores de referencia y la conclusión de los mismos aplicables según el tipo de contacto con el organismo (citotoxicidad, irritación o reactividad intracutánea y sensibilización). En cumplimiento de lo descrito en el literal j, Artículo 18, del Decreto 4725 de 2005."*

Que mediante Resolución No. 2015005288 de fecha 16/02/2015, el INVIMA suspendió el Registro Sanitario número 2014DM-0011448 para el producto SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - SENSI-CARE™, a favor de BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA .

Que mediante Radicado No. 2015037115 de fecha 26/03/2015, la Doctora CAROLINA QUINTERO DE ARIAS actuando en calidad Apoderado de la Sociedad, BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA, solicitó levantamiento de suspensión para el Registro Sanitario número 2014DM-0011448 para el producto SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - SENSI-CARE™, a favor de BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez estudiada la información allegada por el interesado como respuesta al requerimiento realizado mediante Auto número 2014008305 de fecha 10 de Septiembre de 2014, esta Dirección la considera satisfactoria, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005, y en consecuencia este Instituto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR el levantamiento de la suspensión del Registro Sanitario Número INVIMA 2014DM-0011448 para el producto SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE TOALLITAS & SPRAY EN LATA - SENSI-CARE™ , a favor de BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente del contenido de la presente resolución al titular del registro sanitario BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

VEYA THERAPS A.S.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2015017920 DE 8 de Mayo de 2015
Por la cual se informa el Levantamiento de Suspensión de un Registro Sanitario

EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 8 de Mayo de 2015

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo. Bo. 500-03-1452
Vo. Bo. 500-03-1333
Vo. Bo. 500-03-1147

VEYALTHI GROUP S.A.S.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -- INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

PROSPERIDAD PARA TODOS

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014017697 DE 11 de Junio de 2014
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE APLICADOR DE ESPUMA - BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE APLICADOR DE ESPUMA - SENSI-CARE™
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2014DM-0011449 VIGENTE HASTA: 25 JUL 2024
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	CONVATEC LIMITED CON DOMICILIO EN REINO UNIDO
IMPORTADOR(ES):	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I
COMPOSICIÓN:	SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE APLICADOR DE ESPUMA (SENSI-CARE™ STING FREE SKIN BARRIER APPLICATORS) DISILOXANO CICLOPENTASILOXANO Y SILICA TRIMETILADA APLICADOR ESTÁ ELABORADO EN ESPUMA DE POLIURETANO (HISOPO) Y POLIPROPILENO (MANGO)
USOS:	PARA LA PROTECCIÓN DE PIEL PERILESIONAL, LA PIEL DAÑADA O CON RIESGO DE EFECTOS PERJUDICIALES DEL CUERPO COMO DESECHOS, ENZIMAS Y ADHESIVOS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE APLICADOR DE ESPUMA (SENSI-CARE™ STING FREE SKIN BARRIER APPLICATORS) CAJA X 5 APLICADORES DE 1ML CAJA X 25 APLICADORES DE 1ML CAJA X 5 APLICADORES DE 3ML CAJA X 25 APLICADORES DE 3ML
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: SENSI-CARE™ BARRERA CUTÁNEA NO IRRITANTE APLICADOR DE ESPUMA (SENSI-CARE™ STING FREE SKIN BARRIER APPLICATORS) 420793 - 420794 - 420795 - 420796
VIDA ÚTIL:	2 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20078193
RADICACIÓN NO.:	2014069499
FECHA DE RADICACIÓN:	10 06 2014

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.-LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 11 DE JUNIO DE 2014

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

ELKIN HERNÁN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

VoBo Técnico:
VoBo Legal:
Aprobó:

VENTA GROUP S.A.S.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D No 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

Boston Medical Devices Colombia Ltda.
Calle 76 No. 11-17 Piso 5
Torre Los Nogales
Bogotá D.C. - Cundinamarca
110221
Colombia
www.convatec.com
Tel: +57 (1) 326 2630

Bogotá, 30 de octubre de 2020

Señores:

CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL
DE LA POLICIA NACIONAL
Ciudad

REF.: Autorización de Distribución a VEYALTHI GROUP S.A.S. para presentarse en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA PN-HOCEN SA 021 2020.

BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. en adelante BMD, Nit.900.218.736-4, debidamente representada por Bruno Antonio Vindrola Fernandez en calidad de Representante Legal, a petición de la parte interesada hace constar que toda la representación de la marca ConvaTec en Colombia, está a cargo de BMD sociedad legalmente constituida con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

1. Que desde el día Primero (1) de Agosto del 2008, *Boston Medical Devices* realiza y conduce negocios con VEYALTHI GROUP S.A.S., negocios que consisten en venderle Productos Médicos Quirúrgicos marca ConvaTec, al por mayor, en forma no exclusiva, para que VEYALTHI GROUP S.A.S. los ofrezca y venda por su propia cuenta y riesgo, sin mediar relaciones de dependencia o subordinación para con BMD.

2. Que VEYALTHI GROUP S.A.S. es una sociedad que goza de libertad para ejercer el comercio, de acuerdo con la ley, VEYALTHI GROUP S.A.S., no es agente, mandatario o representante de BMD y a su vez BMD tampoco es fiador, garante o codeudor de VEYALTHI GROUP S.A.S.

3. Que BMD garantiza que los Productos ofrecidos por VEYALTHI GROUP S.A.S., cumplen con todos los parámetros de calidad establecidos para el efecto.

4. Este documento tiene el alcance de cumplir con los requisitos establecidos por **LA CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL,** en la solicitud realizada, para aceptar a VEYALTHI GROUP S.A.S. como su proveedor, y BMD no autoriza un uso distinto de este documento, a menos que medie previo consentimiento escrito de BMD.

Atentamente;



MAURICIO DUQUE
Gerente Nacional de Ventas